



**ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL**  
**INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-11-2015**

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas, del 30 de diciembre de 2014, en el Aula de usos múltiples de la Unidad del Paciente Ambulatorio (UPA) del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicada en: Calle Vasco de Quiroga Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Código Postal 14080, Delegación Tlalpan, se reunieron los servidores públicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Notificación del Fallo de la Convocatoria de licitación indicada al rubro, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como lo previsto en el numeral 2.3 de la Convocatoria. El acto fue presidido por el C. Juan Carlos Téllez Girón González, Coordinador de Licitaciones, servidor público designado por la convocante.

A continuación se hace constar que en presencia de los asistentes se dio lectura al Acta de Emisión de Fallo No. ADQ.LIC-001/14 de fecha 30 de diciembre de 2014, emitido por la Convocante, el cual forma parte integrante de esta Acta, por lo que deberá ser firmado por los asistentes.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Adquisiciones ubicado en la Unidad Administrativa, planta baja en Calle Vasco de Quiroga Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Código Postal 14080, Delegación Tlalpan, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: [www.compranet.gob.mx](http://www.compranet.gob.mx)

De conformidad con el artículo 26, décimo párrafo de la Ley, a este acto no asistió ningún representante o persona que no haya presentado Escrito de Interés en participar en esta licitación, y manifestara su interés de estar presente en el mismo.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 11:30 horas, del día de su inicio.

Esta Acta consta de 3 hojas, y 42 hojas del Acta de Emisión de Fallo, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

**POR LOS LICITANTES**

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FIRMA
1	PROVEEDORA DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.	
2	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	
3	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	
4	ENDOMEDICA, S.A. DE C.V.	
5	GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.	
6	PROVEEDORA MÉDICA ADASA, S.A. DE C.V.	
7	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
8	ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.	
9	TECNOLOGIA MEDICA DIART, S.A. DE C.V.	
10	PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V.	
11	HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.	



**ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL**  
**INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-11-2015**

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

14	GRUPO MERSEI, S.A. DE C.V.	
15	MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.	
16	ELIHELP, S.A. DE C.V.	
17	BEATRIZ ITZIAR ESCÁNDON PADILLA	
18	PRESEFA, S.A. DE C.V.	
19	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	
20	MERXAM CORPORATIVO, S DE R.L. DE C.V.	
21	TERUMO MEDICAL, S.A. DE C.V.	
24	POLIMEROS 2000, S.A. DE C.V.	
25	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	
26	ARKANUM, S.A. DE C.V.	
27	DINAMICA MÉDICA, S.A. DE C.V.	
28	ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.	
29	DEGASA, S.A. DE C.V.	
31	UCIN MEDICA, S.A. DE C.V.	
32	PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.	
33	LEVBETH MEDICAL, S.A. DE C.V.	
34	ALVARO VICTOR GIRON ARTEAGA	
35	MARIA ARACELI RIVERA NIETO	
36	TRANSMEDICA, S.A. DE C.V.	
37	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	
38	MARPEL PHARMA MEXICO, S.A. DE C.V.	
40	AMBIDERM, S.A. DE C.V.	
41	ACCESOFARM, S.A. DE C.V.	
42	DISTRIBUCIONES MEDICAS LERAM, S.A. DE C.V.	
43	QUALITY MEDICAS SERVICE, S.A. DE C.V.	
44	EQUIPOS MEDICOS GARCIA LARA, S.A. DE C.V.	
45	ACCEMED CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	
46	RAPPYD, S.A. DE C.V.	
47	MEDICAL RECOVERY, S.A. DE C.V.	
48	PROVEEDORA RM, S.A. DE C.V.	
49	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
50	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	
51	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	
52	ABASTECEDORA COMERCIAL ALBATROS, S.A. DE C.V.	
53	SENGAL, S.A. DE C.V.	
54	CIRUGIA Y ESTERILIZACION INTEGRAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	
56	PRODUCTOS BARD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
57	INDUSTRIAS POLARIS, S.A. DE C.V.	
58	FRESENIUS MEDICAL CARE, S.A. DE C.V.	
59	CORPORATIVO NEOMEDICA, S.A. DE C.V.	
60	B. BRAUN AESCULAP, S.A. DE C.V.	
61	CDC PHARMA, S.A. DE C.V.	



**ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015  
**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

POR EL INSTITUTO

NOMBRE	AREA	FIRMA
C. JUAN CARLOS TÉLLEZ GIRÓN GONZÁLEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
Lic. Leopoldo Oca Marcano	DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA	
Lic. Nani Alejandra Pérez Peláez	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	

Última hoja del Fallo de la Licitación Pública Internacional Presencial No LA-12NCG001-I1-2015, para la adquisición de "MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS"

----- FIN DEL ACTA -----



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las 9:30 horas del día 30 de diciembre de 2014, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y al punto 2.3 de la convocatoria de licitación, en el Aula de usos múltiples de la Unidad del Paciente Ambulatorio (UPA) del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicado en Calle Vasco de Quiroga Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI Código Postal 14080 Delegación Tlalpan, fecha, hora y lugar señalados para que tenga verificativo el acto de fallo de la Licitación Pública Internacional No. LA-12NCG001-I1-2015 para la ADQUISICIÓN MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.

Se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de esta acta, con el objeto de celebrar el evento de fallo de esta licitación.

Acto seguido se señala que con fundamento en el artículo 37 fracción I a continuación se mencionan las partidas que fueron desechadas por proveedor como resultado del análisis detallado y las razones que se tuvieron para ello en base a la evaluación técnica emitida por las áreas usuarias del Instituto:

Proveedor: 0001 PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S. A DE C.V.

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
13	AGUJA DENTAL ESTERIL DESECHABLE	NO PRESENTO MUESTRA FISICA PARA E VALUAR
22	AGUJA ESTERIL DESECHABLE TIPO	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
67	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO 11	NO PRESENTA MUESTRA FISICA PARA S U EVALUACION
68	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO 18	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
85	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO; P	SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA S U EVALUACION
104	CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA N	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
105	CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA N	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
130	CATETER DE ASPIRACION DESECHAB	NO PRESENTO MUESTRA FISICA PARA S U EVALUACION
145	CATETER PARA SUMINISTRO DE OXI	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS SOLICIT ADAS EN BASES DE LICITACION
152	CEPILLO FLEXIBLE PARA TOMA DE	NO CUMPLE. NO ENVIO MUESTRA FISICA
155	CINTA TESTIGO INDICADORA PARA	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
209	ESPEJO VAGINAL CHICO WA. COMPA	SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA S U EVALUACION
226	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO	NO CONTAMOS CON MUESTRA FISICA
245	HOJA PARA BISTURI No.11; DE AC	SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA V ALORACIONDE FILO, ADAPTACION DE H OJA EN MANGO DE BISTURI Y DURACIO N DEL FILO
246	HOJA PARA BISTURI No.12; DE AC	SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA V ALORACION DE FILO, ADAPTACION A M ANGO DE BISTURI Y DURACION DEL FI LO
248	HOJA PARA BISTURI No.20; DE AC	SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA V

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten mark 'd']*

*[Handwritten mark 'f']*

*[Handwritten mark '1']*

*[Handwritten mark 'S']*

*[Handwritten mark 'M/L']*



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-I1-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

Código	Descripción	Observaciones
249	HOJA PARA BISTURI No.22; DE AC	ALORACION DE FILO, ADAPTACION AL MANGO DE BISTURIN Y VALORACION DE L FILO SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA V ALORACION DE FILO, AJUSTE EN MANG O DE BISTURI, DURACION DE FILO
277	EQUIPO DE TRANSFUSION PARA BOL	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
295	LLAVE DE TRES VIAS ESTERIL DE	NO TIENE PAPEL GRADO MEDICO
300	MASCARILLA OXIGENO ADULTO CON	LA MASCARILLA NO AJUSTALE Y NO AB ARCA BOCA Y NARIZ PORQUE ES DEMAS IADO PEQUENA
305	MICRONEBULIZADOR CON MASCARILL	EL AJUSTE DE LA MASCARILLA SE SAF A CON FACILIDAD, ADEMAS ES MUY PE QUENA
380	SONDA ESTOMACAL DE LEVIN No.12	LOS ORIFICIOS FINALES NO TIENEN E L ACABADO ROMA LO QUE PROVOCA LES IONES DE LA MUCOSA
400	CATETER DRENAJE TORACICO RECTO	NO CUENTA CON INDICADOR DE ESTERI LIZACION, SU REGISTRO DE CADUCIDA D Y FECHA DE ESTERILIZACION NO ES VISIBLE EN EL EMPAQUE, TENIENDO QUE MANIPULAR EL PAQUETE PARA VER IPICACION DEL DATO, ORIGINANDO MA YOR MANIPULACION QUE PUEDE OCASIO NAR APERTURA ACCIDENTAL INESESARI O CON RIESGO DE CONTAMINAR EL PRO DUCTO, LONGITUD DEL CATETER MENOR A LO SOLICITADO
430	TUBO PARA ENEMA O DE IRRIGACIO	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
445	TRAMPAS DE RECOLECCION DE MUES	NO TIENE CONECTOR PARA SUCCION
548	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON MIC	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
741	CANULA DE GUEDEL 100 MM NO. 5	LA CANULA ES EXCESIVAMENTE RIGIDA Y PUEDE PROVOCAR LESION EN LA BO CA DEL PACIENTE
768	ESTILETE PARA UTILIZARSE EN TU	EL ESTILETE SE VUELVE MAS FLEXIBL E CON LA MANIPULACION A LA INTROD UCCION DEL TUBO ENDOTRAQUEAL
833	CURITA/VENDITA REDONDO PARA US	NO PROPORCIONA ESPECIFICACIONES
893	GUANTE DE LATEX NATURAL PARA E	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
895	GUANTES DE NITRILO CON SUPERFI	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
921	GUANTE DE LATEX SIN TALCO TAMA	SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA E VALUAR
922	GUANTE KLEENERA NO ESTERIL DE	NO HAY MUESTRA FISICA
927	GUANTE DE NITRILO ULTRA SENSIB	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
933	GUANTE DE NITRILO SIN TALCO TA	SE SOLICITA MUESTRA FISICA PARA E VALUAR

Proveedor: 0002 ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S. A DE C. V.  
Partida Descripción Si cumple/No cumple (motivo)

*[Handwritten signatures and marks on the right margin, including a large signature and several initials.]*

*[Handwritten mark 'd' in the left margin.]*

*[Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.]*



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-I1-2015**

**Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14**

83	BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MED	POR CAMBIO DE TECNICA SE REQUIERE N OTRAS MEDIDAS
893	GUANTE DE LATEX NATURAL PARA E	ES MUY DELGADO, SE ROMPE CON FACILIDAD, DEJA LA PIEL MUY RESECA
895	GUANTES DE NITRILO CON SUPERFI	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
921	GUANTE DE LATEX SIN TALCO TAMA	DEMASIADO DELGADOS, SE ROMPIERON EN EL MOMENTO DE PROBARSE
927	GUANTE DE NITRILO ULTRA SENSIB	EL TAMANO DEL GUANTE NO CORRESPONDE A LA MEDIDA, SE ROMPE CON FACILIDAD

**Proveedor: 0003 LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.**

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
6	ADAPTADOR PARA CATETER CON CON	NO INDICA LA INFUSION INTERMITENT E LA CUAL DEBE SER DE 0.11 ML
632	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO	NO CUMPLE CON LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO
633	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO	NO CUMPLE CON LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO ES DE 25 MM Y OFERTA DE 32MM
763	SISTEMA CONECTOR CLAVE CON EXT	SE REQUIERE UNA LLAVE DE TRES VIAS CON EXTENSION DE 18 CM.

**Proveedor: 0004 ENDOMEDICA, S.A. DE C.V.**

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
50	BALON DE DILATACION BILIAR DE	NO INFORMA LONGITUD DEL BALON
51	BALON DE DILATACION BILIAR DE	NO INFORMA LONGITUD DE BALON
151	CEPILLO DE LIMPIEZA PARA VIDEO	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
205	ESFINTEROTOMO DE PRECORTE DE 5	SE SOLICITO DE 5.5 FR, NO DE 5 FR
236	GUIA DE ALAMBRE BILIAR HYDRA J	NO ESA LA MEDIDA SOLICITADA
237	GUIA DE ALAMBRE BILIAR HIDROFI	NO ES LA MEDIDA SOLICITADA
238	GUIA DE ALTO RENDIMIENTO .025	NO ES LA MEDIDA SOLICITADA
240	GUIA DE ALTO RENDIMIENTO .035	NO ES LA MEDIDA SOLICITADA
328	PINZA PARA TOMA DE BIOPSIAS BI	ES PARA VIA BILIAR
333	PINZA DE CUERPO EXTRANO TIPO T	SE SOLICITA REUSABLE NO DESECHABLE
340	PINZA TRIPODE PARA POLIPOS. LO	SE SOLICITA REUSABLE, NO DESECHABLE
364	SET DE MUCOSECTOMIA. PANENDOSC	SE SOLICITA CON LIGADOR
574	BALON DE DILATACION BILIAR MAX	NO INFORMA LONGITUD DEL BALON
575	BALON RIGIFLEX II PARA DILATAC	EL DIAMETRO DEL BALON SOLICITADO ES DE 10 CM, NO DE 8 CM
787	BALON DILATADOR PARA ACALASIA.	SE NECESITA EL DIAMETRO DEL BALON DE 10 CM
821	PINZA DE BIOPSIA REUTILIZABLE	SE REQUIERE MESTRA FISICA PARA SU EVALUACION
840	CANASTILLA DE RECUPERACION DE	SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA S

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks and signatures at the bottom]*

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL**  
**INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-I1-2015**

**Material, Accesorios y Suministros Medicos**  
**No. ADQ.LIC-001/14**

845	CANASTILLA DE LITOTRIPSIA. ME	U EVALUACION
846	CANASTILLA DE LITOTRIPSIA. ME	NO SON LAS MEDIDAS SOLICITADAS
847	CESTA MONOFILAMENTO VAINA DE 7	NO SON LAS MEDIDAS SOLICITADAS
		ES PARA POLIPOS NO PARA CALCULOS BILIARES, NO SON LAS MEDIDAS
848	KIT DE LITOTRIPSIA MECANICA	NO SON LOS SOLICITADOS, ES LITOTRIPTOR DE EMERGENCIA

**Proveedor: 0005 GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.**

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
145	CATETER PARA SUMINISTRO DE OXI	EL PLASTICO QUE ESTA EN CONTACTO CON EL PACIENTE ES RIGIDO LO QUE PUEDE PROVOCAR LACERACION DE LA PIEL
157	CIRCUITO PARA VENTILADOR DE VO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION
273	KIT DE CIRCUITO CIRCULAR PARA	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES, EN: ESTERILIZACION, EMPAQUE BOLSA GRADO ESTERIL, NO CUENTA CON INDICADORES
299	MASCARA DE OXIGENO AEROSOL; C	LA MASCARILLA ES MUY GRANDE
309	NEBULIZADOR 500 ML. VACIO.	LA CONEXION DEL NEBULIZADOR AL EQUIPO DE OXIGENO DEL INSTITUTO NO SE ADAPTA
367	SISTEMA DE SUCCION CERRADO DE	NO TIENE ENVOLTURA GRADO MEDICO
702	JERINGA ASEPTO ESTERIL Y DESEC	EL EMPAQUE INTERNO SE ROMPE CON FACILIDAD, NO PERMITE BUENA FIJACION DE LA PERILLA EN JERINGA

**Proveedor: 0007 B.BRAUN MEDICAL DE MEXICO S.A. PI DE CV**

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
52	BANCO DE TRES LLAVES DESECHABL	NO SE ADAPTA A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DEL INSTITUTO
295	LLAVE DE TRES VIAS ESTERIL DE	NO SE APEGA A LO SOLICITADO EN BASES NO ES TOTALMENTE TRANSPARENTE
513	CONECTOR UNIVERSAL PARA ACCESO	EL EQUIPO DE LA SOLUCION NO ENBONA ADECUADAMENTE AL CONECTOR LO QUE PONE EN RIESGO LA CONTAMINACION DE LA LINEA INTRAVENOSA
547	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON NOR	NO PRESENTA MUESTRA FISICA

**Proveedor: 0009 TECNOLOGIA MEDICA DIART**

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
17	AGUJA ESTERIL DESECHABLE HIPOD	NO PRESENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

9

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL**  
**INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-11-2015**

**Material, Accesorios y Suministros Medicos**  
**No. ADQ.LIC-001/14**

18	AGUJA ESTERIL DESECHABLE MEDID	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
19	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 20 X	EL CAPUCHON SE SAFA FACILMENTE LO QUE PUEDE PROVOCAR PINCHADURA
21	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 25 X	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
34	AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION	NO ENTREGO PROPUESTA
265	JERINGA ESTERIL; DESECHABLE; D	EL EMBOLO AL CONTACTO CON LOS LIQUIDOS SE DERRAMA LO QUE PROVOKA S ALIDA DE SOLUCIONES
266	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	LOS LIQUIDOS SE ESCURREN, NO TIEN E SEGURIDAD HERMETICA
267	JERINGA ESTERIL DE 10 ML; DESE	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
268	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	LOS LIQUIDOS SE ESCURREN ENEL INT ERIOR DE LA JERINGA, NO TIENE SEG URIDAD HERMETICA
269	JERINGA ESTERIL DESECHABLE; DE	EL EMBOLO ES PEQUENO LO QUE PROVO CA DERRAME DE LIQUIDO Y ESTA FLOJO
380	SONDA ESTOMACAL DE LEVIN No.12	NO CUENTA CON MARCA OPACA PARA RX
402	STENT CORONARIO MONTADO EN BA	NO ENVIO MUESTRA FISICA, FICHA TE CNICA, CATALOGO, NO CUENTA CON ES TUDIOS EQUIVALENTES
404	STENT CORONARIO MONTADO EN BAL	NO ENVIO MUESTRA FISICA, CATALOGO , FICHA TECNICA, NO TIENE ESTUDIO S EQUIVALENTES A PRODUCTOS SIMILA RES
450	STENT CORONARIO MONTADO EN BAL	NO ENVIO MUESTRA FISICA, CATAOLGO , FICHA TECNICA, ESTUDIOS EQUIVAL ENTES NO HAY INFORMACION
547	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON NOR	EL FILTRO DE LA BAYONETA SE ROMPE CON FACILIDAD LO QUE NO GARANTIZ A EL SISTEMA ESTERIL
722	11ENT CORONARIO MONTADO EN BAL	NO ENVIO CATALOGO, FICHA TECNICA NI MUESTRA FISICA, NO CUENTA CON ESTUDIOS EQUIVALENTES EN PRODUTOS SIMILARES
740	BATA QUIRURGICA MEDIANA DESECH	NO TRAE TOALLA ABSORBENTE
818	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESE	SIN MUESTRA FISICA
893	GUANTE DE LATEX NATURAL PARA E	TEXTURA DELGADA, SE ROMPE CON FAC ILIDAD.
921	GUANTE DE LATEX SIN TALCO TAMA	DEMASIADO DELGADO, SE ROMPIERON E N EL MMENTO DE PROBARSE
922	GUANTE KLEENERA NO ESTERIL DE	NO HAY MUESTRA FISICA

Proveedor: 0010 PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C. V.  
Partida Descripción Si cumple/No cumple (motivo)

312	PANAL DESECHABLE PROTECTOR UNI	AL PONERSE EN CONTACTO CON EL AGU A FACILMENTE SE HACE BOLAS, LO QU E PROVOKA RIESGO DE LACERAR LA PI EL
-----	--------------------------------	--

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

*a*

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*





**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

Proveedor: 0011 HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
94	CAL SODADA. ABSORBENTE DE BIOX	NO CUMPLE CON LA PRESENTACION DE CUBETA CON 16 KG, SU PRESENTACION ES DE 4.5 KG
145	CATETER PARA SUMINISTRO DE OXI	LA CONEXION AL ROTAMETRO ES ANGOSTA, LO QUE DIFICULTA LA ENTRADA Y EL RETIRO DEL EQUIPO
221	FILTRO y HUMIDIFICADOR DESECHA	EL FILTRO SE HUMEDECE CON FACILIDAD Y REQUIERE CAMBIOS FRECUENTES
301	MASCARILLA DE TRAQUEOSTOMIA AD	LA MASCARILLA DEL ADAPTADOR DEL TUBO SE DESPRENDE CON FACILIDAD, LA FLEMA SE ADHIERE AL EMPAQUE DE LA MISMA MASCARILLA Y DIFICULTA SU LIMPIEZA
525	FILTRO ANTIBACTERIAL PARA EQUI	EL FILTRO SE HUMEDECE CON FACILIDAD ANTES DE 24 HORAS LO QUE INCORRECTAMENTE CORTES PARA EL PACIENTE, ADemás CON LA HUMEDAD EJERCE RESISTENCIA EN PACIENTES CON VENTILACION MECANICA
588	GUIA DE ENTUBACION	NO CUMPLE ES MUY LARAGA
768	ESTILETE PARA UTILIZARSE EN TU	EN LOS TUBOS ENDOTRAQUEALES DE BAJO CALIBRE O DIAMETRO ES MAS DIFÍCIL SU INTRODUCCION

Proveedor: 0015 MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
227	GORRO DESECHABLE PARA CIRUJANO	LA COSTURA SE ROMPE FACILMENTE A LA COLOCACION
228	GORRO DESECHABLE PARA PACIENTE	EL ACABADO DE LAS UNIONES PICA Y LASTIMA LA PIEL
448	EQUIPO ALADO PARA RECOLECCION	LA MUESTRA PRESENTADA NO TIENE MANGA RETRACTIL COMO SE SOLICITA EN LA DESCRIPCION DE LAS BASES
513	CONECTOR UNIVERSAL PARA ACCESO	LA CONEXION CON EL EQUIPO DE SOLUCION SE SAFA FACILMENTE, LO QUE PROVOCA CONTAMINACION DE LA LINEA VENOSA

Proveedor: 0016 ELIHELP S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
11	CAMARA ESPACIADORA AEROCHAMBER	LA CAMARA ESPACIADORA ES ANCHA Y

A

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-11-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

16	AGUJA ESTERIL; DESECHABLE 21x3	CORTA, LO QUE AL INSPIRAR EL PACIENTE REALIZA MAYOR ESFUERZO NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS EN LA LICITACION
19	AGUJA ESTÉRIL DESECHABLE 20 X	EL CAPUCHON SE SAFA FACILMENTE LO QUE PUEDE PROVOCAR PINCHADURA
21	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 25 X	EL CAPUCHON NO CIERRA HERMETICAMENTE, PUEDE PROVOCAR PINCHADURAS
34	AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION	SE SOLICITA PARA LA TOMA MULTIPLE Y SOLO ES PARA TOMA SENCILLA
52	BANCO DE TRES LLAVES DESECHABLE	NO SE ADAPTA A LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL INSTITUTO
95	CAMPO QUIRURGICO DE INCISION C	NO PRESENTA MUESTRA PARA EVALUACION
96	CAMPO ESTERIL DESECHABLE PARA	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS EN BASES DE LICITACION
126	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZAR	EL ADHESIVO DEJA RESIDUOS EN EL PAQUETE POR LO QUE NO GARANTIZA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO
133	CATETER FOGARTY 5FR. 80 CM PAR	SU EMPAQUE NO GARANTIZA LA PROTECCION DEL CATETER. CUERPO DEL CATETER FRAGIL Y RIESGO DE FRACTURA
134	CATETER FOGARTY 4FR. PARA EMBO	SU EMPAQUE NO GARANTIZA LA PROTECCION DEL PRODUCTO, CUERPO DEL CATETER Y BALON FRAGIL, RIESGO DE RUPTURA
135	CATETER FOGARTY 3FR. PARA EMBO	SU EMPAQUE NO GARANTIZA LA PROTECCION DEL CATETER, CUERPO DEL CATETER FRAGIL Y RIESGO DE FRACTURA
145	CATETER PARA SUMINISTRO DE OXI	LA CONEXION AL ROTAMETRO ES ANGOSTA Y DIFICULTA LA ENTRADA Y RETIRO DEL EQUIPO
155	CINTA TESTIGO INDICADORA PARA	LA CINTA NO TIENE SUFICIENTE ADHESIVO LO QUE NO GARANTIZA LO QUE NO GARANTIZA SEGURIDAD EN LOS PAQUETES
228	GORRO DESECHABLE PARA PACIENTE	EL ACABADO DE LAS UNIONES PICA Y LASTIMA LA PIEL
264	JERINGA ESTERIL DE 60 ML DESEC	NO TIENE PIVOTE DE ROSCA DE SEGURIDAD LUER-LOCK
265	JERINGA ESTERIL; DESECHABLE; D	LA AGUJA SE BARRE AL MOMENTO DE ADAPTARLO AL CUERPO DE LA JERINGA LO QUE PROVOCA PINCHADURA
266	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	LA AGUJA SE BARRE AL ADAPTARLO AL CUERPO DE LA JERINGA LO QUE PUEDE PROVOCAR RIESGO DE ACCIDENTE
267	JERINGA ESTERIL DE 10 ML; DESE	LA AGUJA SE BARRE AL CONECTARLO CON EL CUERPO DE LA JERINGA LO QUE PROVOCA ACCIDENTES

a

J

P

A

A

X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL**  
**INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015**

**Material, Accesorios y Suministros Medicos**  
**No. ADQ.LIC-001/14**

268	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
269	JERINGA ESTERIL DESECHABLE; DE	EL EMBOLO TIENE UN PIVOTE EN EL INTERIOR QUE PUEDE CONFUNDIR LA DOSIS INDICADA
275	KIT ESTERIL DESECHABLE PARA LA	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA LICITACION PROTECTOR DEL FILTRO SE ROMPE CON FACILIDAD
295	LLAVE DE TRES VIAS ESTERIL DE	LA LLAVE DE TRES VIAS ES MUY PEQUENA LO QUE DIFICULTA SU MANIPULACION
299	MASCARA DE OXIGENO AEROSOL; C	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
300	MASCARILLA OXIGENO ADULTO CON	LA MASCARILLA ES DEMASIADO GRANDE Y MUY DURA
301	MASCARILLA DE TRAQUEOSTOMIA AD	LA MASCARILLA MUY DELGADA Y LA CONEXION QUE VA AL TUBO CORRUGADO SE DESPRENDE CON FACILIDAD
305	MICRONEBULIZADOR CON MASCARILL	EL AJUSTE DE LA MASCARILLA SE SAFA CON FACILIDAD, ADEMAS ES MUY PEQUENA
380	SONDA ESTOMACAL DE LEVIN No.12	EL ACABADO DE LA PUNTA NO ES UNIFORME LO QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES DE LA MUCOSA
382	SONDA NASOGASTR DE LEVIN No.16	EL ACABADO DE LA PUNTA NO ES UNIFORME LO QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES DE MUCOSA
383	SONDA NASOGASTRICA LEVIN No.18	EL ACABADO DE LA PUNTA NO ES UNIFORME LO QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES EN MUCOSA
384	SONDA DE FOLEY 3 VIAS CAL 22 F	SE REQUIEREN MAS MUESTRAS PARA REALIZAR LA EVALUACION
395	SONDA NELATON No.22 DE GOMA FL	EL DIAMETRO DE LA CONEXION Y DEL MISMO TAMANO DEL RESTO DE LA SONDA A LO QUE NO PERMITE UNA ADECUADA CONEXION AL CONECTOR UNIVERSAL
396	SONDA NELATON No.28 ESTERIL DE	EL DIAMETRO DE LA CONEXION ES IGUAL AL RESTO DE LA SONDA LO QUE NO PERMITE UNA ADECUADA SUJECION CON EL CONECTOR UNIVERSAL
397	SONDA NELATON No.30 ESTERIL DE	EL DIAMETRO DE LA CONEXION ES CORTO Y DE LA MISMA MEDIDA QUE EL RESTO DE LA SONDA Y NO PERMITE UNA ADECUADA CONEXION AL CONECTOR UNIVERSAL
547	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON NOR	EL ENSAMBLE DE LA LINEA NO ES SEGURA, YA QUE SE DESPRENDE FACILMENTE DE LA CAMARA Y LA CONEXION EN Y NO TIENE SISTEMA DE SEGURIDAD CON ADAPTADOR LUER-LOCK
548	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON MIC	

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large 'X' and several illegible signatures.]*

*[Handwritten marks on the left side of the page, including a large '0' and a signature.]*

*[Handwritten signature 'Ced' and other marks at the bottom right.]*



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-11-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

702	JERINGA ASEPTO ESTERIL Y DESEC	SE SAFA CON FACILIDAD LA PERILLA DE LA JERINGA LO QUE DIFICULTA SU MANEJO
741	CANULA DE GUEDEL 100 MM NO. 5	LA CANULA ES MUY RIGIDA LO QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES EN LA MUCOSA BUCAL
877	SONDA FOLEY NO. 26	DIFICULTAD PARA CONEXION EN BOLSA DE DRENAJE DE RECOLECCION, DIAMETRO MENOR SE BORRA NUMERO DE FRENCH
893	GUANTE DE LATEX NATURAL PARA E	SE ROMPE CON FACILIDAD, MUY DELGADO
922	GUANTE KLEENERA NO ESTERIL DE	NO HAY MUESTRA FISICA

Proveedor: 0017 BEATRIZ ITZIAR ESCANDON PADILLA

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
11	CAMARA ESPACIADORA AEROCHAMBER	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
19	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 20 X	EL CAPUCHON SE SAFA FACILMENTE LO QUE PUEDE PROVOCAR PINCHADURA
21	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 25 X	EL CAPUCHON NO CIERRA HERMETICAMENTE POR LO QUE NO GARANTIZA SEGURIDAD Y PROVOCA PINCHADURAS
34	AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION	SE SOLICITA PARA LA TOMA MULTIPLE Y SOLO ES PARA TOMA SENCILLA
95	CAMPO QUIRURGICO DE INCISION C	NO HAY MUESTRA PARA EVALUACION
96	CAMPO ESTERIL DESECHABLE PARA	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS EN BASES DE LICITACION
103	CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA N	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
126	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZAR	EL ADHESIVO DEJA RESIDUOS EN EL PAQUETE Y NO GARANTIZA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO
133	CATETER FOGARTY 5FR. 80 CM PAR	SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
134	CATETER FOGARTY 4FR. PARA EMBO	SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
135	CATETER FOGARTY 3FR. PARA EMBO	SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
155	CINTA TESTIGO INDICADORA PARA	LA CINTA NO TIENE SUFICIENTE ADHESIVO LO QUE NO GARANTIZA SEGURIDAD EN LOS PAQUETES
228	GORRO DESECHABLE PARA PACIENTE	EL ACABADO DE LAS UNIONES PICA Y LASTIMA LA PIEL
264	JERINGA ESTERIL DE 60 ML DESEC	NO TIENE PIVOTE DE ROSCA DE SEGURIDAD LUER-LOCK
265	JERINGA ESTERIL; DESECHABLE; D	LA AGUJA SE BARRE AL ADAPTARLO AL CUERPO DE LA JERINGA CON RIESGO DE PINCHADURA
266	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	LA AGUJA SE BARRE AL ADAPTARLO AL

*a*

*Handwritten signatures and marks*



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL**  
**INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015**

**Material, Accesorios y Suministros Medicos**  
**No. ADQ.LIC-001/14**

267	JERINGA ESTERIL DE 10 ML; DESE	CUERPO DE LA JERINGA LO QUE PROV OCA RIESGO DE ACCIDENTE
268	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	LA AGUJA SE BARRE AL CONECTARLO C ON EL CUERPO DE LA JERINGA LO QUE PROVOCA RIESGO DE ACCIDENTES
269	JERINGA ESTERIL DESECHABLE; DE	EL EMBOLO AL CONTACTO CON LIQUIDO S SE SAFA FACILMENTE PROVOCANDO E SCURRIMIENTOS
295	LLAVE DE TRES VIAS ESTERIL DE	EL ENBOLO TIENE UN PIVOTE EN LA P ARTE INTERIOR QUE PUEDE CONFUNDIR LA DOSIS INDICADA
299	MASCARA DE OXIGENO AEROSOL; C	LA CONEXION AL EQUIPO DE SOLUCION ES MUY DIFICIL Y NO ENTRA TODO E L LUER-LOCK
300	MASCARILLA OXIGENO ADULTO CON	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
301	MASCARILLA DE TRAQUEOSTOMIA AD	LA MUESTRA PRESENTADA NO TIENE BO SA RESERVORIO
305	MICRONEBULIZADOR CON MASCARILL	LA MASCARILLA ES MUY ANGOSTA Y DE MASIADO LARGA
384	SONDA DE FOLEY 3 VIAS CAL 22 F	EL AJUSTE DE LA MASCARILLA SE SAF A CON FACILIDAD, ADEMAS ES MUY PE QUENA
395	SONDA NELATON No.22 DE GOMA FL	SE REQUIEREN MAS MUESTRAS PARA RE ALIZAR LA EVALUACION
396	SONDA NELATON No.28 ESTERIL DE	EL DIAMETRO DE LA CONEXION ES COR TO Y DEL MISMO DIAMETRO DEL RESTO DE LA SONDA Y NO PERMITE UNA ADE CUADA CONEXION AL CONECTOR UNIVER SAL
397	SONDA NELATON No.30 ESTERIL DE	EL DIAMETRO DE LA CONEXION ES IGU AL AL RESTO DE LA SONDA LO QUE NO PERMITE UNA ADECUADA SUJECCION C ON EL CONECTOR UNIVERSAL
426	TUBO ENDOTRAQUEAL CON ALMA DE	EL DIAMETRO DE LA CONEXION ES COR TO Y DE LA MISMA MEDIDA QUE EL RE STO DE LA SONDA Y NO PERMITE UNA ADECUADA CONEXION AL CONECTOR UNI VERSAL
427	TUBO ENDOTRAQUEAL CON ALMA DE	SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
547	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON NOR	SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
548	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON MIC	EL ENSAMBLE DE LA LINEA NO ES SEG URA YA QUE SE DESPRENDE FACILMENN TE DE LA CAMARA Y DE LA CONEXION EN Y
702	JERINGA ASEPTO ESTERIL Y DESEC	NO TIENE ADAPTADOR LUER-LOCK SE SAFA CON FACILIDAD LA PERILLA DE LA JERINGA LO QUE DIFICULTA SU



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-I1-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

		MANEJO
741	CANULA DE GUEDEL 100 MM NO. 5	LA CANULA ES MUY RIGIDA LO QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES EN LA MUCOSA BUCAL
758	JERINGA ESTERIL DESECHABLE PAR	NO CUMPLE CON LA MEDIDA SOLICITADA
776	INDICADOR DE PROCESO PAQUETE M	NO SE APEGA A LO SOLICITADO EN BASES DE 3.5 A 4 MIN QUE SE REQUIERE PARA CORRER LA PRUEBA
877	SONDA FOLEY NO. 26	DIFICULTAD PARA CONEXION A BOLSA DE DRENAJE, POR DIAMETRO MENOR EN SONDA SE BORRA EL NUMERO DE FRENC
886	GUANTES DE NITRILO HIPOALERGEN	NO CUMPLE POR QUE DESPUES DE 10 MIN DE USO SE ADHIERE A LA PIEL Y PROVOCA IRRITACION Y EL AREA USUARIA LOS USA POR TIEMPOS PROLONGADOS
892	GUANTES DE LATEX NITRILIZADOS	SON SOLO DE NITRILO
893	GUANTE DE LATEX NATURAL PARA E	NO CUMPLE ES DEMASIADO DELGADO SE ROMPE CON FACILIDAD
900	GUANTES DESECHABLES DE LATEX H	SE ROMPE CON FACILIDAD
903	GUANTES DESECHABLES DE LATEX H	EL PUNO NO SE AJUSTA A LA MUNECA DE LA MANO, LO QUE PUEDE PROVOCAR ENTRADA DE LIQUIDOS Y SECRESIONES EN LA MANO
904	GUANTES NITRILIZADOS NO ESTERI	NECESARIA MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
905	GUANTE DESECHABLE DE LATEX NIT	SE SOLICITA DE LATEX, OFERTA LIBRE DE LATEX
906	GUANTE KLEENERA NO ESTERIL LAT	LA MUESTRA PRESENTADA NO CORRESPONDE
917	GUANTES AMBIDIESTROS NITRILIZA	DESPUES DE 10 MIN. SE ADHIERE A LA PIEL Y PROVOCA IRRITACION Y EN EL AREA USUARIA LO USA POR TIEMPO PROLONGADO
921	GUANTE DE LATEX SIN TALCO TAMA	LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO ES LIBRE DE LATEX
922	GUANTE KLEENERA NO ESTERIL DE	NO HAY MUESTRA FISICA
927	GUANTE DE NITRILO ULTRA SENSIB	EL PUNO NO SE AJUSTA A LA MUNECA DE LA MANO LO QUE PUEDE PROVOCAR ENTRADA DE LIQUIDOS Y SECRESIONES A LA MANO
933	GUANTE DE NITRILO SIN TALCO TA	DEMASIADO DELGADOS POR LO QUE FACILMENTE SE ROMPEN DESPUES DE HUMEDECERSE

Proveedor: 0018 PRESEFA S.A. DE C.V  
Partida Descripción

Si cumple/No cumple (motivo)



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL**  
**INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015**

**Material, Accesorios y Suministros Medicos**  
**No. ADQ.LIC-001/14**

11	CAMARA ESPACIADORA AEROCHAMBER	NO PRESENTA MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
19	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 20 X	NO PRESENTA MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
21	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 25 X	NO PRESENTA MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
34	AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION	SE SOLICITA PARA LA TOMA MULTIPLE Y SOLO ES PARA TOMA SENCILLA
95	CAMPO QUIRURGICO DE INCISION C	NO HAY MUESTRA PARA EVALUACION
96	CAMPO ESTERIL DESECHABLE PARA	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS EN BASES DE LICITACION
103	CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA N	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
104	CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA N	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
105	CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA N	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
155	CINTA TESTIGO INDICADORA PARA	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
228	GORRO DESECHABLE PARA PACIENTE	EL ACABADO DE LAS UNIONES PICA Y LASTIMA LA PIEL
264	JERINGA ESTERIL DE 60 ML DESEC	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
265	JERINGA ESTERIL; DESECHABLE; D	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
266	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
267	JERINGA ESTERIL DE 10 ML; DESE	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
268	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
269	JERINGA ESTERIL DESECHABLE; DE	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
295	LLAVE DE TRES VIAS ESTERIL DE	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
299	MASCARA DE OXIGENO AEROSOL; C	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
300	MASCARILLA OXIGENO ADULTO CON	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
301	MASCARILLA DE TRAQUEOSTOMIA AD	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
305	MICRONEBULIZADOR CON MASCARILL	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
374	SONDA ENDOTRAQUEAL CON BALON 3	SE REQUIERE MUESTRA
375	SONDA ENDOTRAQUEAL OBLICUA CON	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
376	SONDA ENDOTRAQUEAL ESTERIL OBL	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
377	SONDA ENDOTRAQUEAL No. 6.5 OBL	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
378	SONDA ENDOTRAQUEAL OBLICUA CON	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
379	SONDA ENDOTRAQUEAL ESTERIL OBL	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
384	SONDA DE FOLEY 3 VIAS CAL 22 F	SE REQUIEREN MAS MUESTRAS PARA REALIZAR LA EVALUACION
395	SONDA NELATON No.22 DE GOMA EL	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
396	SONDA NELATON No.28 ESTERIL DE	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
397	SONDA NELATON No.30 ESTERIL DE	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
426	TUBO ENDOTRAQUEAL CON ALMA DE	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
427	TUBO ENDOTRAQUEAL CON ALMA DE	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
547	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON NOR	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
548	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON MIC	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
702	JERINGA ASEPTO ESTERIL Y DESEC	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
741	CANULA DE GUEDEL 100 MM NO. 5	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
758	JERINGA ESTERIL DESECHABLE PAR	NO CUMPLE CON LA MEDIDA SOLICITADA
774	CANULA DE GUEDEL 110 MM NO.6 F	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
818	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESE	SIN MUESTRA FISICA



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-11-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

877	SONDA FOLEY NO. 26	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
878	SONDA FOLEY SILICON NO. 12	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
879	SONDA FOLEY SILICON NO. 14	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
880	SONDA FOLEY SILICON NO. 16	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
886	GUANTES DE NITRILO HIPOALERGEN	NO ENVIO MUESTRA FISICA
892	GUANTES DE LATEX NITRILIZADOS	SON SOLO DE NITRILO
893	GUANTE DE LATEX NATURAL PARA E	DEMASIADO DELGADO EN SU TEXTURA. SE ROMPE CON FACILIDAD
895	GUANTES DE NITRILO CON SUPERFI	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
900	GUANTES DESECHABLES DE LATEX H	SE ROMPE CON FACILIDAD
903	GUANTES DESECHABLES DE LATEX H	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
904	GUANTES NITRILIZADOS NO ESTERI	NECESARIA MUESTRA FISICA
905	GUANTE DESECHABLE DE LATEX NIT	NO ENTREGO MUESTRA FISICA PARA EV ALUAR
917	GUANTES AMBIDIESTROS NITRILIZA	NO PRESENTA MUESTRA FISICA PARA E VALUACION
921	GUANTE DE LATEX SIN TALCO TAMA	SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA E VALUAR
922	GUANTE KLEENERA NO ESTERIL DE	NO HAY MUESTRA FISICA
927	GUANTE DE NITRILO ULTRA SENSIB	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
932	GUANTES DESECHABLES DE SUPRENO	NO CUMPLE, ERROPR AL OFERTAR PREC IO UNITARIO
933	GUANTE DE NITRILO SIN TALCO TA	NO PRESENTA MUESTRA FISICA PARA E VALUAR

Proveedor: 0020 MERXAM CORPORATIVO S DE RL DE CV

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
13	AGUJA DENTAL ESTERIL DESECHABL	NO PRESENTO MUESTRA FISICA PARA E VALUAR
16	AGUJA ESTERIL; DESECHABLE 21x3	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
19	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 20 X	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
21	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 25 X	NO RESENTA MUESTRA FISICA
70	BOLSA DE TRANSFERENCIA PARA CO	NO ES DEL VOLUMEN SOLICITADO
208	ESPEJO VAGINAL MEDIANO WA COMP	SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA S U EVALUACION
209	ESPEJO VAGINAL CHICO WA. COMPA	SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA S U EVALUACION
245	HOJA PARA BISTURI No.11; DE AC	SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA V ALORAR FILO,ADPATACION DE LA HOJA EN MANGO DE BISTURI Y DURACION D EL FILO
246	HOJA PARA BISTURI No.12; DE AC	SE REQUIERE MUESTRA PARA VALORAR FILO, AJUSTE DE HOJA CON MANGO DE BISTURI, DURACION FILO
248	HOJA PARA BISTURI No.20; DE AC	SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA E VALUAR FILO, ADAPTACION DE HOJA E N MANGO DE BISTURI, DURACION DEL FILO





**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015

**Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14**

249	HOJA PARA BISTURI No.22; DE AC	SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA VALORACION DE FILO, AJUSTE DE HOJA EN MANGO DE BISTURI, DURACION DE FILO
265	JERINGA ESTERIL; DESECHABLE; D	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
266	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
267	JERINGA ESTERIL DE 10 ML; DESE	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
268	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
269	JERINGA ESTERIL DESECHABLE; DE	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
275	KIT ESTERIL DESECHABLE PARA LA	CARRETILLA DURA, NO CORRE CON FACILIDAD
277	EQUIPO DE TRANSFUSION PARA BOL	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
395	SONDA NELATON No.22 DE GOMA FL	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
396	SONDA NELATON No.28 ESTERIL DE	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
397	SONDA NELATON No.30 ESTERIL DE	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
523	TOALLITAS IMPREGNADAS DE ALCOH	EL REGISTRO SANITARIO NO ESTA VIGENTE
547	EQUIPO PARA VENOCLISIS CON NOR	EL FILTRO DE LA BAYONETA SE ROMPE CON FACILIDAD LO QUE NO GARANTIZA A EL SISTEMA ESTERIL
548	EQUIPO PARA VENOCLISIS CON MIC	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
893	GUANTE DE LATEX NATURAL PARA E	SE REQUIER MUESTRA FISICA
922	GUANTE KLEENERA NO ESTERIL DE	NO HAY MUESTRA FISICA

Proveedor: 0024 POLIMEROS 2000, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
884	GOGLE TRANSPARENTE MATERIAL PO	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
886	GUANTES DE NITRILO HIPOALERGEN	NO CUMPLE LA TALLA CHICA VIENE MUY GRANDE
887	GUANTES LARGOS HASTA EL CODO C	EL PRODUCTO OFERTADO ES RESISTENTE A REACTIVO QUIMICO NO AL CALOR
889	GUANTE DE HULE CORRUGADO NUMER	LA PALMA DE LA MANO NO TIENE SUFICIENTE ANTIADHERENTE NO TENIENDO BUEN AGARRE DE OBJETOS YA QUE LA PALMA ES MAS LISA
890	GUANTE DE HULE CORRUGADO No.9;	LA PALMA DE LA MANO NO TIENE SUFICIENTE ANTIDERRAPANTE, NO TENIENDO UN BUEN AGARRE DE OBJETO YA QUE LA PALMA ES MAS LISA
899	GUANTE DE NITRILIZADO HIPOALER	NO CUMPLE SE ROMPEN FACILMENTE
901	GUANTES DESECHABLES DE LATEX H	LA MEDIDA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO, ES MAS CHICA
910	LENTE DE SEGURIDAD DE POLICAR	NO CUMPLE, SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
914	RESPIRADOR PARA PARTICULAS CON	NO ENVIO MUESTRA FISICA PARA EVALUACION

Proveedor: 0025 KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-11-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
4	MASCARILLA ALMOHADA DE AIRE DI	NO HAY MUESTRA FISICA
103	CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA N	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
104	CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA N	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
105	CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA N	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
157	CIRCUITO PARA VENTILADOR DE VO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BA SES DE LICITACION
352	RESUCITADO MANUAL BAIN CORTO E	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
367	SISTEMA DE SUCCION CERRADO DE	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
374	SONDA ENDOTRAQUEAL CON BALON 3	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
377	SONDA ENDOTRAQUEAL No. 6.5 OBL	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
384	SONDA DE FOLEY 3 VIAS CAL 22 F	SE REQUIEREN MAS MUESTRAS PARA RE ALIZAR LA EVALUACION
426	TUBO ENDOTRAQUEAL CON ALMA DE	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
427	TUBO ENDOTRAQUEAL CON ALMA DE	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
429	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO AL	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
704	TUBO PARA SUCCION 6MM X 3.1 MT	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
771	MASCARILLA DE SILICON PARA ANE	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
878	SONDA FOLEY SILICON NO. 12	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
879	SONDA FOLEY SILICON NO. 14	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
880	SONDA FOLEY SILICON NO. 16	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
899	GUANTE DE NITRILIZADO HIPOALER	NO CUMPLE. NO ENVIA MUESTRA FISIC A PARA EVALUACION
933	GUANTE DE NITRILO SIN TALCO TA	DEMASIADO GRUESOS LO QUE DIFICULT A EL MANIPULEO DURANTE EL TRABAJO

Proveedor: 0027 DINAMICA MEDICA, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
57	BANDA RESPIRATORIA PARA ADULTO	NO CORRESPONDE EL MODELO DEL DRIV ER MODULE. DEBE SER MODELO 1733
181	ELECTRODO EEG DE COPA DE ORO D	EL RECUBRIMIENTO DEL ELECTRODO ES DELGADO, NO APTO PARA USO FRECU ENTE

Proveedor: 0028 ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
6	ADAPTADOR PARA CATETER CON CON	NO INDICA LA INFUSION INTERMITENT E LA CUAL DEBE SER DE 0.11 ML
145	CATETER PARA SUMINISTRO DE OXI	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS SOLICIT ADAS EN BASES DE LICITACION

Proveedor: 0029 DEGASA, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
150	CEPILLO ESPONJA PARA LAVADO PR	SE REQUIERE MUESTRA FISICA



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRAN

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-I1-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

210	ESPIROMETRO INCENTIVO; DESECHA	LA TAPA DE TOPE SE DESPRENDE CON FACILIDAD AL ADAPTAR LA MANGUERA SE CONFUNDE CON LA INSPIRACION Y EXALACION Y AL ADPTAR LAS TRES PIEZAS DIFICULTA SU MANEJO
268	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
299	MASCARA DE OXIGENO AEROSOL; C	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO EN BASES, NO TIENE TUBO CORRUGADO
300	MASCARILLA OXIGENO ADULTO CON	NO TIENE BOLSA RESERVORIO LA MASCARILLA
305	MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
312	PANAL DESECHABLE PROTECTOR UNI	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS, SE ROMPE CON FACILIDAD AL EJERCER PRESION SOBRE EL PANAL
905	GUANTE DESECHABLE DE LATEX NIT	DEMASIADO DELGADA, SE ROMPE CON FACILIDAD
906	GUANTE KLEENERA NO ESTERIL LAT	LA MUESTRA ESPECIFICA QUE ES DE LATEX

Proveedor: 0031 UCIN MEDICA, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
11	CAMARA ESPACIADORA AEROCHAMBER	LA CAMARA ESPACIADORA ES MUY CHICA Y LA MASCARILLA ES MUY GRANDE
145	CATETER PARA SUMINISTRO DE OXI	EL PLASTICO QUE VA AL PACIENTE ESTA MUY RIGIDO Y PUEDE PROVOCAR LA CERACION DE LA PIEL
157	CIRCUITO PARA VENTILADOR DE VO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES DE LICITACION
161	CONECTOR EN *T* ESTERIL; DESEC	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA
273	KIT DE CIRCUITO CIRCULAR PARA	NO CUMPLE CON LA ESTERILIZACION SOLICITADA, CON EL EMPAQUE BOLSA GRADO MEDICO, NECESARIO LO DE BASES EN EL INSTITUTO NO CUENTA CON INDICADORES DE ESTERILIDAD
299	MASCARA DE OXIGENO AEROSOL; C	LA MASCARILLA ES MUY GRANDE
300	MASCARILLA OXIGENO ADULTO CON	NO TIENE CHAPALETA PARA EVITAR FUGA Y DISMINUYE LA CONCENTRACION DE OXIGENO
303	MASCARILLA ULTRA MIRAGE FULL F	EL ARNES ES CORTO Y NO DA MUCHO MARGEN PARA QUE ENTRE EN LA CABEZA DEL PACIENTE, LA SUJECCION NO ES SEGURA YA QUE SE DESPRENDE CON FACILIDAD
304	MASCARILLA FACIAL SURE SEAL CO	NO SE OBSERVO NI POR CATALOGO NI POR MUESTRA FISICA
309	NEBULIZADOR 500 ML. VACIO.	LA CONEXION AL EQUIPO DEL HOSPITAL DE OXIGENO NO SE ADAPTA.

*(Handwritten signatures and initials)*



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

367	SISTEMA DE SUCCION CERRADO DE	LA VALVULA DE SUCCION ES RIGIDA Y NO EMBONA LA JERINGA PARA EL LAVADO DEL CIRCUITO
510	MASCARILLA DFFM TAMANO MEDIANO	MASCARILLA RIGIDA, EL ARNES ES MUY INCOMODO Y LA VALVULA DE EXALACION ES PEQUENA
554	TUBO CORRUGADO TIPO PLASTICO G	EL TUBO ES RIGIDO, AL DOBLARSE SE QUEDA EN LA POSICION LO QUE DIFICULTA EL PASO DEL OXIGENO
629	PAQUETE DE TOALLAS DESECHABLES	EL PAQUETE SE REQUIERE CON DIEZ PIEZAS, NO SE ESPECIFICA LA CONCENTRACION
768	ESTILETE PARA UTILIZARSE EN TU	LA PARTE DEL ESTILETE QUE VA A LA PARTE MAXIMA DE LA CANULA ENDOTRAQUEAL ES MUY RIGIDO
774	CANULA DE GUEDEL 110 MM NO.6 F	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
775	CANULA DE GUEDEL 120 MM. NO. 7	NO SE PRESENTO MUESTRA FISICA
807	AGUJA JAMSHIDI CORONA PAR ABIO	LE HACE FALTA UNA PINZA PARA LA EXTRACCION DE LA MUESTRA
878	SONDA FOLEY SILICON NO. 12	SE REQUIERE MUESTRA FISICA

Proveedor: 0033 LEVBETH MEDICAL, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
---------	-------------	------------------------------

402	STENT CORONARIO MONTADO EN BA	NO HAY SUSTENTO DE ESTUDIOS EQUIVALENTES DE LARGO PLAZO CON SUS COMPETIDORES
-----	-------------------------------	--

Proveedor: 0034 ALVARO VICTOR GIRON ARTEAGA

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
---------	-------------	------------------------------

312	PANAL DESECHABLE PROTECTOR UNI	LA PIEZA SE ROMPE CON FACILIDAD, AL PENETRAR EL LIQUIDO SE HACE BOLLAS
-----	--------------------------------	--

Proveedor: 0035 MARIA ARACELI RIVERA NIETO

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
---------	-------------	------------------------------

19	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 20 X	EL CAPUCHON SE SAFA FACILMENTE LO QUE PUEDE PROVOCAR PINCHADURA
21	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 25 X	EL CAPUCHON NO CIERRA HERMETICAMENTE LO QUE PROVOCA PINCHADURA EN EL TRABAJADOR
34	AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION	SE SOLICITA PARA LA TOMA MULTIPLE Y SOLO ES PARA TOMA SENCILLA
126	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZAR	EL ADHESIVO DEJA RESIDUOS EN EL PAQUETE Y NO GARANTIZA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO
145	CATETER PARA SUMINISTRO DE OXI	LA CONEXION AL ROTAMETRO ES ANGOSTA



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

150	CEPILLO ESPONJA PARA LAVADO PR	TA Y DIFICULTA LA ENTRADA Y RETIRO DEL EQUIPO DE DIFICIL APERTURA, SE RASGA AL ABRIR EL CEPILLO, ES DE CERDA DURA Y LASTIMA AL TALLAR LA PIEL, LA COSTILLA DEL CEPILLO ES DURA Y LASTIMA AL ENJABONAR, RESECA MUCHO LA PIEL
155	CINTA TESTIGO INDICADORA PARA	LA CINTA NO TIENE SUFICIENTE ADHESIVO LO QUE NO GARANTIZA SEGURIDAD EN LOS PAQUETES
226	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO	SE HACE AGUA
264	JERINGA ESTERIL DE 60 ML DESECHABLE	NO TIENE PIVOTE DE ROSCA DE SEGURIDAD LUER-LOCK
265	JERINGA ESTERIL; DESECHABLE; D	LA AGUJA SE BARRE AL CONECTARLO A LA JERINGA CON RIESGO DE PINCHADURA EN EL TRABAJADOR
266	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	LA AGUJA SE BARRE AL ADAPTARLO AL CUERPO DE LA JERINGA LO QUE PROVOCA RIESGO DE ACCIDENTE
267	JERINGA ESTERIL DE 10 ML; DESECHABLE	LA AGUJA SE BARRE AL CONECTARLO AL CUERPO DE LA JERINGA LO QUE PROVOCA ACCIDENTES
268	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	EL EMBOLO AL CONTACTO CON LIQUIDOS SE AFLOJA PROVOCANDO ESCURRIMIENTOS
269	JERINGA ESTERIL DESECHABLE; DE	EL EMBOLO TIENE UN PIVOTE INTERIOR QUE PUEDE CONFUNDIR LA DOSIS INDICADA
295	LLAVE DE TRES VIAS ESTERIL DE	LA LLAVE DE TRES VIAS ES PEQUENA LO QUE DIFICULTA SU MANIPULACION
305	MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA	LA MASCARILLA ES CORTA, NO ES AJUSTABLE YA QUE SE SUBE A LA FRENTE DEL PACIENTE
384	SONDA DE FOLEY 3 VIAS CAL 22 F	SE REQUIEREN MAS MUESTRAS PARA REALIZAR LA EVALUACION
395	SONDA NELATON No.22 DE GOMA FL	EL DIAMETRO DE LA CONEXION ES IGUAL AL AL RESTO DE LA SONDA LO QUE NO PERMITE UNA ADECUADA CONEXION AL CONECTOR UNIVERSAL
396	SONDA NELATON No.28 ESTERIL DE	EL DIAMETRO DE LA CONEXION ES IGUAL AL AL RESTO DE LA SONDA LO QUE NO PERMITE UNA ADECUADA SUJECCION CON EL CONECTOR UNIVERSAL
397	SONDA NELATON No.30 ESTERIL DE	EL SITIO PARA LA CONEXION ES CORTO LO QUE PUEDE PROVOCAR SALIDA Y EL DIAMETRO ES IGUAL AL RESTO DE LA SONDA
702	JERINGA ASEPTO ESTERIL Y DESECHABLE	SE SAFA CON FACILIDAD LA PERILLA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-11-2015

**Material, Accesorios y Suministros Medicos**  
**No. ADQ.LIC-001/14**

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
741	CANULA DE GUEDEL 100 MM NO. 5	DE LA JERINGA LO QUE DIFICULTA SU MANEJO LA CANULA ES MUY RIGIDA LO QUE PUEDE PROVOCAR LESION DE LA MUCOSA BUCAL
758	JERINGA ESTERIL DESECHABLE PAR	NO CUMPLE CON LA MEDIDA SOLICITADA
877	SONDA FOLEY NO. 26	DIFICULTAD PARA CONEXION EN BOLSA DE RECOLECCION
<b>Proveedor: 0036 TRANSMEDICA, S.A. DE C.V.</b>		
Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
151	CEPILLO DE LIMPIEZA PARA VIDEO	ES DESECHABLE
204	ESFINTEROTOMO TRIPLE LUMEN PAR	NO ES LA MEDIDA SOLICITADA, EL ALAMBRE ES DE 30 MM
205	ESFINTEROTOMO DE PRECORTE DE 5	NO ES LA MEDIDA SOLICITADA, NO ES DE PRECORTE
341	PINZA PARA TOMA DE BIOPSIA (MA	EL DIAMETRO NO CORRESPONDE ES DE 2.2 MM
407	VALVULA DE BIOPSIA DESECHABLE	LOS TAPONES NO CORRESPONDEN A LA MEDIDA ESTANDAR DE LOS ENDOSCOPIOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO
538	PAPILOTOMO DE PRECORTE FTE. PA	EL PRESENTADO NO ES DE PRECORTE
746	ASA OVAL. LONGITUD 230 CM. DIA	NO ES DE 15 MM.
820	PINZA DE BIOPSIA FENESTRADA ES	SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA SU EVALUACION
843	VALVULA DE BIOPSIA DE UN SOLO	SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA SU EVALUACION

**Proveedor: 0038 MARPELPHARMA MEXICO S.A. DE C.V.**

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
31	AGUJA ESTERIL DESECHABLE PARA	NO SE ADAPTA A LAS PISTOLAS DE LA INSTITUCION

**Proveedor: 0040 AMBIDERM, S.A. DE C.V.**

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
888	GUANTE CHICO 100 POR CIENTO N	AL COLOCARLO ESTA MUY ESTRECHO, NO PERMITE EL MOVIMIENTO FACILMENTE, POCO ELASTICO
899	GUANTE DE NITRILIZADO HIPOALER	NO CUMPLE CAUSA ALERGIA (DERMATITIS POR CONTACTO)
900	GUANTES DESECHABLES DE LATEX H	SE ROMPE CON FACILIDAD
904	GUANTES NITRILIZADOS NO ESTERI	DEMASIADO PLIZADO DIFICULTANDO EL CALZADO DEL GUANTE, DIFICULTA SACARLO DE CAJA, MUY COMPRIMIDAS EN SU EMPAQUE, NO ES VABLE PARA SU USO EN QUIROFANO Y/O URGENCIAS



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-11-2015

**Material, Accesorios y Suministros Medicos**  
**No. ADQ.LIC-001/14**

933 GUANTE DE NITRILLO SIN TALCO TA DEMASIADO DELGADOS POR LO QUE FACILMENTE SE ROMPEN DESPUES DE HUMEDECERSE

Proveedor: 0042 DISTRIBUCIONES MEDICAS LERAM S.A. DE C.V

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
19	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 20 X	EL CAPUCHON SE SAFA FACILMENTE PU EDE PROVOCAR PINCHADURA
21	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 25 X	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
34	AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION	SE SOLICITA PARA LA TOMA MULTIPLE Y SOLO ES PARA TOMA SENCILLA
95	CAMPO QUIRURGICO DE INCISION C	NO HAY MUESTRA PARA EVALUACION
96	CAMPO ESTERIL DESECHABLE PARA	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS EN LA DESCRIPCION DE LAS BASES
126	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZAR	EL ADHESIVO DEJA RESIDUOS EN EL PAQUETE Y NO GARANTIZA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO
155	CINTA TESTIGO INDICADORA PARA	LA CINTA NO TIENE SUFICIENTE ADHESIVO LO QUE NO GARANTIZA SEGURIDAD EN LOS PAQUETES
264	JERINGA ESTERIL DE 60 ML DESEC	NO TIENE PIVOTE DE ROSCA DE SEGURIDAD LUER-LOCK
265	JERINGA ESTERIL; DESECHABLE; D	LA AGUJA SE BARRE AL MOMENTO DE ADAPTARLO AL CUERPO DE LA JERINGA LO QUE PROVOCA PINCHADURA
266	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	LA AGUJA SE BARRE AL ADAPTARLO AL CUERPO DE LA JERINGA LO QUE PUEDE PROVOCAR RIESGO DE ACCIDENTE
267	JERINGA ESTERIL DE 10 ML; DESE	LA AGUJA SE BARRE AL CONECTARLO CON LA JERINGA LO QUE PROVOCA ACCIDENTES
268	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	EL EMBOLO AL CONTACTO CON LIQUIDOS SE SAFA FACILMENTE PROVOCANDO ESCURRIMIENTOS
269	JERINGA ESTERIL DESECHABLE; DE	EL ENBOLO TIENE UN PIVOTE EN LA PARTE INTERIOR QUE PUEDE CONFUNDIR LA DOSIS INDICADA
295	LLAVE DE TRES VIAS ESTERIL DE	LA LLAVE DE TRES VIAS ES PEQUENA LO QUE DIFICULTA SU MANIPULACION
299	MASCARA DE OXIGENO AEROSOL; C	SOLO ES MASCARA Y NO TIENE TUBO CORRUGADO, NO SE APEGA A LO SOLICITADO EN BASES
300	MASCARILLA OXIGENO ADULTO CON	LA MUESTRA PRESENTADA NO TIENE BOLSA RESERVORIO
305	MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA	EL AJUSTE DE LA MASCARILLA SE SAFA CON FACILIDAD, ADEMAS ES MUY PEQUENA
384	SONDA DE FOLEY 3 VIAS CAL 22 F	SE REQUIEREN MAS MUESTRAS PARA RE

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.]*

*[Handwritten mark 'a' at the bottom left.]*

*[Handwritten mark 'd' at the bottom left.]*

*[Handwritten mark '1' at the bottom center.]*

*[Handwritten mark 'A' at the bottom center.]*

*[Handwritten mark 'ed' at the bottom center.]*

*[Handwritten mark 'A' at the bottom center.]*

*[Handwritten mark 'M/A' at the bottom right.]*



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL**  
**INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015**

**Material, Accesorios y Suministros Medicos**  
**No. ADQ.LIC-001/14**

426	TUBO ENDOTRAQUEAL CON ALMA DE	ALIZAR LA EVALUACION
427	TUBO ENDOTRAQUEAL CON ALMA DE	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
547	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON NOR	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
		EL ENSAMBLE DE LA LINEA NO ES SEG
		URA, SE DESPRENDE FACILMENTE DE L
		A CAMARA Y LA CONEXION EN Y
548	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON MIC	NO TIENE ADAPTADOR LUER-LOCK
702	JERINGA ASEPTO ESTERIL Y DESEC	SE SAFA CON FACILIDAD LA PERILLA
		DE LA JERINGA LO QUE DIFICULTA SU
		MANEJO
758	JERINGA ESTERIL DESECHABLE PAR	NO CUMPLE CON LA MEDIDA SOLICITADA
893	GUANTE DE LATEX NATURAL PARA E	DELGADO EN SU TEXTURA SE ROMPE CO
		N FACILIDAD
922	GUANTE KLEENERA NO ESTERIL DE	NO HAY MUESTRA FISICA
<b>Proveedor: 0043 QUALITY MEDICAL SERVICE, SA DE C.V</b>		
<b>Partida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Si cumple/No cumple (motivo)</b>
211	ESTETOSCOPIO CON DIAFRAGMA PLA	NO PRESENTA MUESTRA FISICA PARA E
		VALUACION
<b>Proveedor: 0044 EQUIPOS MEDICOS GARCIA LARA S.A. DE C.V.</b>		
<b>Partida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Si cumple/No cumple (motivo)</b>
221	FILTRO y HUMIDIFICADOR DESECHA	EL FILTRO SE HUMEDECE CON FACILID
		AD REQUIRIENDO CAMBIOS FRECUENTES
352	RESUCITADO MANUAL BAIN CORTO E	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS SOLICIT
		ADAS EN LAS BASES DE LICITACION.
		LA VALVULA DE REGULACION DE OXIGE
		NO NO ES SEGURA Y DE DIFICIL MANI
		PULACION
412	TRAMPAS DE MULLER PARA RECOLEC	EL TUBO QUE SE CONECTA AL BRONCOS
		COPIO ES DELGADO Y LARGO LO QUE D
		IFICULTA LA TOMA DE MUESTRA ADECU
		ADA DURANTE EL PROCEDIMIENTO
445	TRAMPAS DE RECOLECCION DE MUES	SE NECESITA TAPON DE ROSCA Y DE T
		APON DE PRESION
588	GUIA DE ENTUBACION	NO CUMPLE ES MUY TRANSPARENTE Y D
		ELGADA
<b>Proveedor: 0045 ACCEMED CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.</b>		
<b>Partida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Si cumple/No cumple (motivo)</b>
11	CAMARA ESPACIADORA AEROCHAMBER	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
226	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO	NO CONTAMOS CON MUESTRA FISICA
300	MASCARILLA OXIGENO ADULTO CON	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
309	NEBULIZADOR 500 ML. VACIO.	LA PARTE QUE SE CONECTA AL TUBO C
		ORRUGADO NO ES EL ADECUADO NI EL
		DIAMETRO



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRAN**

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL**  
**INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015**

**Material, Accesorios y Suministros Medicos**  
**No. ADQ.LIC-001/14**

510	MASCARILLA DFFM TAMANO MEDIANO	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
727	KIT DE MASCARILLA NASAL ESTAND	SE EQUIVOCO EN LA FICHA TECNICA, NO CORRESPONDE
<b>Proveedor: 0046 RAPPYD, S.A. DE C.V.</b>		
<b>Partida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Si cumple/No cumple (motivo)</b>
227	GORRO DESECHABLE PARA CIRUJANO	LAS CINTAS SON MUY PEQUENAS Y SE DESHILA FACILMENTE
228	GORRO DESECHABLE PARA PACIENTE	EL ACABADO DE LAS UNIONES LASTIMA Y LACERA LA PIEL
<b>Proveedor: 0048 PROVEEDORA RM, S.A. DE C.V.</b>		
<b>Partida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Si cumple/No cumple (motivo)</b>
24	SPINOCAN. AGUJA ESTERIL DESECH	PRESENTACION DE EMPAQUE DEJA DUDA DE INDICADORES DE ESTERILIZACION (ROSA Y AZUL).EL EMPAQUE NO GARANTIZA INTEGRIDAD DE ENVOLTURA
27	AGUJA ESTERIL PARA ANESTESIA I	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS EN BASES
227	GORRO DESECHABLE PARA CIRUJANO	EL ACABADO NO ES BUENO YA QUE SI AL MOMENTO DE ABRIR EL GORRO SE ROMPE CON FACILIDAD, ADEMÁS ES MUY TRANSPARENTE
380	SONDA ESTOMACAL DE LEVIN No.12	LOS ORIFICIOS FINALES Y EL ACABADO NO ES BUENO LO QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES DE LA MUCOSA
740	BATA QUIRURGICA MEDIANA DESECH	NO ESPECIFICA QUE SEA LIBRE DE LA TEX
<b>Proveedor: 0049 BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V</b>		
<b>Partida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Si cumple/No cumple (motivo)</b>
97	CANASTILLA PARA EXTRACCION DE	NO ES LA MEDIDA SOLICITADA
203	BALON PARA EXTRACCION DE CALCUS	SE SOLICITO BALON CON TRES DIAMETROS, NO CON DOS
204	ESFINTEROTOMO TRIPLE LUMEN PAR	NO ES LA MEDIDA SOLICITADA, EL ALAMBRE ES DE 20 MM
252	INSUFLADOR DE BALONES DE DILAT	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO
328	PINZA PARA TOMA DE BIOPSIAS BI	ES PARA VIA BILIAR
443	PROTESIS DE PLASTICO DOBLE COL	NO ES LA MEDIDA SOLICITADA
444	PROTESIS DE PLASTICO DOBLE COL	NO ES LA MEDIDA SOLICITADA
772	CEPILLO PARA CITOLOGIA, 10MM L	LAS MEDIDAS NO CORRESPONDEN A LO SOLICITADO
796	LIGADOR MULTI-BANDA. DE VARICE	NO ES LO SOLICITADO, TIENE UN SOLCITADO BARRIL
845	CANASTILLA DE LITOTRIPSIA. ME	NO SON LAS MEDIDAS SOLICITADAS
846	CANASTILLA DE LITOTRIPSIA. ME	NO SON LAS MEDIDAS SOLICITADAS

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRAN**

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015

**Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14**

848 KIT DE LITOTRIPSIA MECANICA

NO SON LOS SOLICITADOS

Proveedor: 0050 CASA MARZAM, S.A. DE C.V.

Partida Descripción

Si cumple/No cumple (motivo)

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
19	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 20 X	EL CAPUCHON SE SAFA FACILMENTE Y SE PUEDE PROVOCAR PINCHADURA
21	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 25 X	EL CAPUCHON NO CIERRA HERMETICAMENTE LO QUE PROVOCA PINCHADURA
34	AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION	SE SOLICITA PARA LA TOMA MULTIPLE Y SOLO ES PARA TOMA SENCILLA
52	BANCO DE TRES LLAVES DESECHABLE	NO SE ADAPTA A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DEL INSTITUTO
126	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZAR	EL EMPAQUE PARA ESTERILIZACION DE VAPOR, EL ADHESIVO NO PEGA SE DESPRENDE FACILMENTE
155	CINTA TESTIGO INDICADORA PARA	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
228	GORRO DESECHABLE PARA PACIENTE	EL ACABADO DE LAS UNIONES LACERA LA PIEL Y LA LASTIMA
258	IONOMERO DE VIDRIO POLVO DE 15	NO PRESENTA MUESTRA FISICA NI CARACTERISTICAS
264	JERINGA ESTERIL DE 60 ML DESEC	NO TIENE PIVOTE DE ROSCA DE SEGURIDAD LUER-LOCK
265	JERINGA ESTERIL; DESECHABLE; D	LA AGUJA SE BARRE AL MOMENTO DE ADAPTARLO AL CUERPO DE LA JERINGA LO QUE PROVOCA PINCHADURA
266	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	LA AGUJA SE BARRE AL ADAPTARLO AL CUERPO DE LA JERINGA LO QUE PROVOCA RIESGO DE ACCIDENTE
267	JERINGA ESTERIL DE 10 ML; DESE	LA AGUJA SE BARRE AL CONECTARLO CON LA JERINGA LO QUE PROVOCA ACCIDENTES
268	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	EL EMBOLO AL CONTACTO CON LIQUIDOS SE AFLOJA PROVOCANDO ESCURRIMIENTOS
269	JERINGA ESTERIL DESECHABLE; DE	EL EMBOLO TIENE UN PIVOTE EN LA PARTE INTERIOR QUE PUEDE CONFUNDIR LA DOSIS INDICADA
289	LIMA PARA CONDUCTOS RADICULARE	MANGO GRUESO, CON DIFERENTE ESPECIFICACION A LA SOLICITADA
295	LLAVE DE TRES VIAS ESTERIL DE	LA LLAVE DE TRES VIAS ES DEMASIADO PEQUENA LO QUE DIFICULTA SU MANIPULACION
299	MASCARA DE OXIGENO AEROSOL; C	NO SE APEGA A LO SOLICITADO EN BASES
301	MASCARILLA DE TRAQUEOSTOMIA AD	ES MUY ANGOSTA LA MASCARILLA Y SE SAFA CON FACILIDAD LA CONEXION DEL TUBO
305	MICRONEBULIZADOR CON MASCARILL	LA MASCARILLA ES CORTA, NO ES AJU

a

d

/

X

cel

X

M L 11



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-11-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

347	PUNTAS ACCESORIAS DE GUTTA PER	STABLE YA QUE SE SUBE A LA FRENTE DEL PACIENTE
380	SONDA ESTOMACAL DE LEVIN No.12	FALTA FRAGILIDAD Y ELASTICIDAD A PESAR DE QUE LA PUNTA DE LA SONDA ES ROMA NO TIENE BUEN ACABADO LO QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES DE LA MUCOSA
382	SONDA NASOGASTR DE LEVIN No.16	EL ACABADO DE LA PUNTA NO ES UNIFORME LO QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES EN MUCOSA
383	SONDA NASOGASTRICA LEVIN No.18	EL ACABADO DE LA PUNTA NO ES UNIFORME LO QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES EN MUCOSA
384	SONDA DE FOLEY 3 VIAS CAL 22 F	SE REQUIEREN MAS MUESTRAS PARA REALIZAR LA EVALUACION
397	SONDA NELATON No.30 ESTERIL DE	EL DIAMETRO DE LA CONEXION ES CORTO Y DE LA MISMA MEDIDA QUE EL RESTO DE LA SONDA Y NO PERMITE UNA ADECUADA CONEXION AL CONECTOR UNIVERSAL
547	EQUIPO PARA VENOCLISIS CON NOR	EL ENSAMBLE DE LA LINEA NO ES SEGURA, SE DESPRENDE FACILMENTE DE LA CAMARA Y LA CONEXION EN Y
548	EQUIPO PARA VENOCLISIS CON MIC	NO TIENE ADAPTADOR LUER-LOCK
758	JERINGA ESTERIL DESECHABLE PAR	NO CUMPLE CON LA MEDIDA SOLICITADA

Proveedor: 0051 INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
166	COTONOIDE ESPONJA MACROPOR NE	SE REQUIERE MUESTRA FISICA
183	ELECTRODO PARA MARCAPASO TEMPO	SE REQUIERE MUESTRA FISICA

Proveedor: 0053 SENGAL, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
27	AGUJA ESTERIL PARA ANESTESIA I	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS EN BASES
300	MASCARILLA OXIGENO ADULTO CON	LA BOSA ES PEQUENA Y SE PERFORA CON FACILIDAD
807	AGUJA JAMSHIDI CORONA PAR ABIO	NO PRESENTA MUESTRA FISICA, ES NECESARIO EVALUAR LA MUESTRA

Proveedor: 0056 PRODUCTOS BARD DE MEXICO, S.A.

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
188	ELECTRODO PARA MARCAPASOS BIPO	NO SE PRESENTO MUESTRA FISICA
252	INSUFLADOR DE BALONES DE DILAT	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO
253	INSUFLADOR CON MANOMETRO PARA	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO
384	SONDA DE FOLEY 3 VIAS CAL 22 F	SE REQUIEREN MAS MUESTRAS PARA RE



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRAN

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-I1-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

657	INSUFLADOR MANUAL PARA ANGIOPL	ALIZAR LA EVALUACION PRODUCTO YA PROBADO QUE NO CUMPLE CON LA CALIADAD Y ESPECIFICACION ES REQUERIDAS
767	AGUJA DE CORTE PARA BIOPSIAS H	NO CUMPLE POR INCOMPATIBILIDAD CO N OTRAS PISTOLAS
Proveedor: 0057 INDUSTRIAL POLARIS, S.A. DE C.V.		
Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
740	BATA QUIRURGICA MEDIANA DESECH	ES UNITALLA
Proveedor: 0059 CORPORATIVO NEOMEDICA, S.A. DE C.V.		
Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
126	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZAR	EL ADHESIVO NO PEGA YA QUE SE DES PRENDE FACILMENTE Y NO GARANTIZA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO
155	CINTA TESTIGO INDICADORA PARA	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
Proveedor: 0060 B BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V.		
Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
836	PLACA NEUTRAL DESECHABLE PARA	NO ES COMPATIBLE CON EL EQUIPO SE REQUIERE MUESTRA PARA SU EVALUAC ION
Proveedor: 0061 CDC PHARMA SA DE CV		
Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
181	ELECTRODO EEG DE COPA DE ORO D	EL RECUBRIMIENTO DEL ELECTRODO NO ES EL REQUERIDO, ES MUY DELGADO, NO APTO PARA USO FRECUENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracción II a continuación se menciona la relación de los licitantes cuyas proposiciones resultaron aprobadas técnicamente en base a la evaluación realizada por las diferentes áreas usuarias del Instituto.

1.	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, SA DE									
	3	15	89	103	164	214	247	279	312	773
	774	807	808	832	888	891	894	897	902	918
	925	930	931							
2.	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, SA DE CV									
	58	67	68	69	77	80	81	82	84	85
	86	87	88	89	155	198	225	227	228	776
	886	888	891	894	897	902	918	922	930	933

a

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-11-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

<b>3</b>	<b>LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.</b>									
	30	141	200	275	276	277	279	291	294	295
	511	513	547	548	764	850	851			
<b>4</b>	<b>ENDOMEDICA, S.A. DE C.V.</b>									
	29	35	46	47	48	49	97	142	143	144
	146	153	203	204	206	232	235	241	242	243
	244	252	254	257	260	308	327	341	343	361
	440	441	442	443	444	446	447	532	572	576
	577	578	579	580	636	637	638	666	667	743
	746	747	748	749	752	796	835	844		
<b>5</b>	<b>GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.</b>									
	3	9	10	104	132	133	134	135	195	210
	221	300	301	304	305	374	375	376	377	378
	395	396	412	426	427	428	429	445	535	588
	704	878	879	880						
<b>6</b>	<b>PROVEEDORA MEDICA ADASA, S.A. DE C.V.</b>									
	401	524								
<b>7</b>	<b>B.BRAUN MEDICAL DE MEXICO S.A. PI DE CV</b>									
	14	23	24	26	27	28	141	216	764	
<b>8</b>	<b>ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.</b>									
	115	116	117	118	121	122	124	127	128	136
	137	138	139	231	402	403	404	405	450	657
	718	719	722	723						
<b>9</b>	<b>TECNOLOGIA MEDICA DIART</b>									
	7	8	16	115	116	117	118	164	902	925
	930									
<b>10</b>	<b>PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V.</b>									
	63	95	96	126	155	198	531	776	831	883
<b>11</b>	<b>HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.</b>									
	9	10	103	299	300	304	766			
<b>14</b>	<b>GRUPO MERSEI, S.A. DE C.V.</b>									
	367	510								
<b>15</b>	<b>MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.</b>									
	6	7	8	14	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	27	34	63	130	145	150	201
	202	254	257	264	265	266	267	268	269	278
	279	380	382	383	430	508	509	523	542	627
	632	633	702	704	705	740	758	759	769	818
	831	850	851	855						



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-11-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

<b>16</b>	<b>ELIHELP S.A. DE C.V.</b>									
	3	94	103	104	105	227	245	246	247	248
	249	374	375	376	377	378	379	426	427	587
	773	774	776	818	878	879	880	902	921	925
	930									
<b>17</b>	<b>BEATRIZ ITZIAR ESCANDON PADILLA</b>									
	3	16	104	105	145	227	245	246	247	248
	249	279	374	375	376	377	378	379	587	773
	774	818	878	879	880	888	891	894	895	897
	899	902	918	923	925	929	930	931	932	938
<b>18</b>	<b>PRESEFA S.A. DE C.V</b>									
	3	16	126	133	134	135	145	227	245	246
	247	248	249	279	587	773	776	888	891	894
	897	899	902	906	918	923	925	929	930	931
	938									
<b>19</b>	<b>SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE .C.V.</b>									
	98	99	107	110	189	271	413	449	514	
<b>20</b>	<b>MERXAM CORPORATIVO S DE RL DE CV</b>									
	66	145	152	247	902	925	930			
<b>21</b>	<b>TERUMO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>									
	514									
<b>24</b>	<b>POLIMEROS 2000, S.A. DE C.V.</b>									
	885	888	891	892	894	895	897	900	902	903
	904	905	906	911	912	913	917	918	919	921
	922	923	925	926	927	929	930	933		
<b>25</b>	<b>KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>									
	3	195	359	400	422	423	424	425	428	523
	531	741	773	774	829	894	897			
<b>26</b>	<b>ARKANUM, S.A. DE C.V.</b>									
	76	78	79	156	354	355	356	357	522	550
	583	659								
<b>27</b>	<b>DINAMICA MEDICA, S.A. DE C.V.</b>									
	177	317	421							
<b>28</b>	<b>ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.</b>									
	52	157	162	164	179	254	273	295	530	768
<b>29</b>	<b>DEGASA, S.A. DE C.V.</b>									
	145	227	301	368	554	740	922	930		





**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

44	EQUIPOS MEDICOS GARCIA LARA S.A. DE C.V.									
	94	273	554							
45	ACCEMED CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.									
	9	184	185	186	551	726	728	735	736	737
	738	803	804	805	823	824	825	826	827	870
	871									
46	RAPPYD, S.A. DE C.V.									
	345									
47	MEDICAL RECOVERY SA DE CV									
	660	661	662							
48	PROVEEDORA RM, S.A. DE C.V.									
	15	26	133	134	135	164	166	167	168	831
49	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.									
	29	35	46	47	48	49	50	51	114	115
	116	117	118	119	121	122	123	124	127	128
	129	131	136	137	138	205	232	235	236	237
	238	239	240	241	242	243	253	254	318	343
	404	405	418	440	441	442	532	574	575	637
	638	654	657	721	722	723	744	745	748	749
	787	788	835	856	857					
50	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.									
	16	39	103	104	105	171	172	173	174	175
	211	214	223	224	227	245	246	247	249	261
	374	377	411	563	586	774	878	893	902	922
	930									
51	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.									
	400	584	585	807	808					
52	ABASTECEDORA COMERCIAL ALBATROS SA DE CV									
	166	167	168							
53	SENGAL, S.A. DE C.V.									
	15	26								
54	CIRUGIA Y ESTERILIZACION INTEGRAL MEXICANA SA DE C									
	806	809	815	816	817					
56	PRODUCTOS BARD DE MEXICO, S.A.									
	116	117	118	451	452	454				
57	INDUSTRIAL POLARIS, S.A. DE C.V.									

a

d

1

A

Eel B

A

J

M/L





**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-I1-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

	63	227	831	882						
58	FRESENIUS MEDICAL CARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.									
	1	2	30	220	291	292	346	511	552	663
59	CORPORATIVO NEOMEDICA, S.A. DE C.V.									
	132	133	134	135	566	567	568	569	776	
60	B BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V.									
	245	246	247	248	249					
61	CDC PHARMA SA DE CV									
	184	185	186	187	279	832				

Finalmente, en base a la evaluación técnica realizada por la áreas usuarias, se elaboró el cuadro comparativo de las propuestas aceptadas que sirve como fundamento para emitir el siguiente:-----

**FALLO**

Con fundamento en el artículo 37 bis fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se consideran como ofertas seleccionadas para adjudicarles las partidas por ser las propuestas solventes mas bajas a los licitantes que a continuación se mencionan:-----

No. partida	Clave Almacén	Precio Unitario	Subtotal
<b>0001 PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURAC</b>			
15	02003430	138.3300	14,386.32
808	02123236	302.6200	90,786.00
832	02123315	172.1000	774,450.00
<b>TOTAL = = = = = &gt;&gt;</b>			<b>879,622.32</b>
<b>0002 ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE</b>			
58	02011055	24.9000	1,245.00
67	02013000	0.6800	272,000.00
68	02013200	0.8600	38,700.00
69	02013300	0.3000	150.00
77	02014055	0.7200	2,880.00
80	02014400	308.0000	39,732.00
81	02014500	0.4100	7,380.00
82	02014600	0.7200	21,600.00
84	02014800	1.3100	28,820.00
85	02015000	1.5400	66,220.00
86	02015100	1.9000	57,000.00
87	02015200	2.4000	21,600.00
88	02015300	3.5200	162,800.00
89	02016100	3.6400	1,820.00
155	02035300	23.5000	18,800.00
225	02058100	165.0000	39,600.00

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRAN**

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

228	02059500	0.9900	53,757.00
886	22000512	82.0000	9,840.00
922	22011132	53.0000	2,007,057.00
933	22011195	79.0000	8,374.00
<b>TOTAL = = = = = &gt;&gt;</b>			<b>2,859,375.00</b>
<b>0003 LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.</b>			
30	02005505	9.9000	11,880.00
200	02046505	140.0000	186,200.00
275	02071000	15.5000	155,000.00
276	02071100	28.0000	307,440.00
277	02071210	7.2000	88,560.00
294	02075550	62.0000	930.00
295	02075800	4.7000	178,600.00
513	02122063	25.0000	1,021,450.00
547	02122148	6.6000	285,331.20
548	02122149	5.9000	7,788.00
850	02123335	19.0000	760.00
851	02123336	475.0000	2,850.00
<b>TOTAL = = = = = &gt;&gt;</b>			<b>2,246,789.20</b>
<b>0004 ENDOMEDICA, S.A. DE C.V.</b>			
46	02009820	3734.9100	14,939.64
142	02030460	3144.9600	94,348.80
143	02030700	1152.7500	23,055.00
144	02030800	1198.8600	35,965.80
146	02031910	589.2900	3,535.74
153	02033900	1337.1900	16,046.28
203	02047000	2340.0800	234,008.00
204	02047100	2058.0400	102,902.00
206	02047800	4219.0700	42,190.70
244	02063355	2328.5500	9,314.20
252	02066230	2443.8300	9,775.32
260	02068300	4126.8500	4,126.85
308	02080830	4403.5100	4,403.51
341	02088000	6240.2200	149,765.28
343	02088950	3135.4800	12,541.92
361	02096408	11744.8000	58,724.00
442	02121760	991.3700	5,948.22
443	02121765	2466.8900	24,668.90
444	02121766	2443.8300	97,753.20
446	02121769	2466.8900	24,668.90
447	02121770	2374.6700	4,749.34
576	02122230	4034.6300	24,207.78
577	02122232	991.3700	991.37
578	02122233	991.3700	991.37
579	02122234	991.3700	991.37

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRAN**

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

580	02122235	1152.7500	34,582.50
636	02122664	673.2100	673.21
666	02122730	5535.0000	221,400.00
667	02122731	5535.0000	221,400.00
743	02122962	1152.7500	34,582.50
746	02122965	3135.4800	3,135.48
747	02122966	3135.4800	3,135.48
752	02122974	673.2100	2,019.63
796	02123176	3296.8700	197,812.20
844	02123329	4242.1200	84,842.40

TOTAL = = = = = >>

1,804,196.89

0005 GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.

10	02001100	7.4500	2,235.00
132	02027670	545.0000	13,080.00
210	02050390	48.0000	144,000.00
221	02054700	43.0000	107,500.00
300	02078455	17.5500	26,851.50
305	02080800	17.1000	25,650.00
395	02104200	7.4500	1,445.30
396	02104500	7.4500	745.00
412	02111355	49.0000	98,000.00
426	02117250	87.3500	62,892.00
427	02117350	87.3500	48,916.00
428	02117600	87.3500	873.50
429	02117700	87.3500	45,946.10
535	02122107	69.0000	10,350.00
704	02122820	24.5000	70,560.00

TOTAL = = = = = >>

659,044.40

0006 PROVEEDORA MEDICA ADASA, S.A. DE C.V.

401	02105821	480.0000	230,400.00
524	02122081	588.0000	282,240.00

TOTAL = = = = = >>

512,640.00

0007 B.BRAUN MEDICAL DE MEXICO S.A. DE CV

14	02003400	20.8000	12,480.00
23	02004700	20.8000	3,120.00
24	02004800	20.8000	9,984.00
26	02005200	20.8000	4,680.00
27	02005205	20.8000	16,640.00
28	02005210	208.0000	208.00
141	02029900	6.0000	1,500.00
216	02053450	53.7000	19,869.00

TOTAL = = = = = >>

68,481.00

a

d

1

X

al

M/11

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-I1-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

**0008 ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.**

402	02105830	27586.2000	275,862.00
450	02121797	8800.0000	52,800.00
718	02122893	7200.0000	21,600.00
719	02122894	7200.0000	21,600.00

**TOTAL = = = = = >>**

**371,862.00**

**0010 PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA, S.A. DE**

63	02011815	10.2300	1,023.00
95	02019550	81.0000	5,184.00
96	02019552	1173.0000	58,650.00
198	02045900	4.1300	61,537.00
776	02123069	45.3500	9,523.50
831	02123314	11.3700	3,411.00
883	22000327	5.1800	6,594.14

**TOTAL = = = = = >>**

**145,922.64**

**0011 HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.**

299	02078200	45.0000	67,500.00
766	02123017	26.0000	6,500.00

**TOTAL = = = = = >>**

**74,000.00**

**0014 GRUPO MERSEI, S.A. DE C.V.**

367	02097800	158.0000	474,000.00
-----	----------	----------	------------

**TOTAL = = = = = >>**

**474,000.00**

**0015 MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.**

6	02000490	7.5100	751.00
7	02000750	2.8500	57,000.00
8	02000751	20.4800	22,528.00
16	02003900	0.4000	14,800.00
17	02004000	0.4000	400.00
18	02004200	0.5200	45,760.00
19	02004300	0.4000	20,400.00
20	02004350	2.6800	45,560.00
21	02004400	0.4000	12,600.00
34	02006400	1.0500	23,100.00
130	02026700	17.0500	533,835.50
145	02031100	3.9900	98,313.60
150	02033701	9.1500	228,750.00
201	02046550	14.1900	17,028.00
202	02046560	17.5800	2,637.00
254	02066800	143.6700	8,620.20
257	02067550	287.3500	7,183.75

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRAN**

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-I1-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

264	02069100	12.0400	58,394.00
265	02069200	0.9700	78,570.00
266	02069300	1.1600	117,508.00
267	02069400	1.2300	446,244.00
268	02069500	2.6700	423,996.00
269	02069600	1.7200	153,940.00
278	02071215	449.0000	1,293,120.00
380	02101500	10.2200	3,474.80
382	02101700	12.0900	10,155.60
383	02101800	13.3300	7,198.20
430	02118200	19.7700	90,942.00
508	02122035	632.1800	12,643.60
509	02122036	632.1800	37,930.80
542	02122132	3.4400	12,384.00
627	02122633	709.5000	8,514.00
632	02122656	1050.0000	2,100.00
633	02122657	1050.0000	1,050.00
702	02122818	26.2500	37,800.00
705	02122826	665.6000	50,585.60
758	02123001	2.9900	179,400.00
769	02123034	41.5000	207.50
855	02123340	665.6000	665.60

TOTAL = = = = = >>

4,166,090.75

0016 ELIHELP S.A. DE C.V.

3	02020660	7.8000	15.60
103	02020400	7.8000	9,079.20
104	02020500	7.8000	3,510.00
105	02020600	7.8000	17,940.00
374	02101095	17.0000	8,670.00
375	02101100	17.0000	11,050.00
376	02101200	17.0000	12,750.00
377	02101201	17.0000	9,894.00
378	02101300	17.0000	1,802.00
379	02101400	17.0000	1,020.00
587	02122286	32.0000	64.00
773	02123058	7.8000	3,744.00
774	02123059	7.8000	4,368.00
818	02123248	38.0000	114.00
878	02123372	58.0000	1,392.00
879	02123373	58.0000	3,480.00
880	02123374	58.0000	1,392.00
921	22011131	72.0000	19,224.00

TOTAL = = = = = >>

109,508.80

0017 BEATRIZ ITZIAR ESCANDON PADILLA

227	02059400	0.3200	12,256.00
-----	----------	--------	-----------

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and several smaller ones.]*

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRAN**

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-I1-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

279	02071300	99.0000	148,500.00	
<b>TOTAL = = = = = &gt;&gt;</b>			<b>160,756.00</b>	
<b>0019 SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE</b>				
98	02020000	730.0000	7,300.00	
99	02020010	730.0000	10,950.00	
107	02021601	670.0000	2,680.00	
413	02112111	650.0000	16,250.00	
449	02121796	26900.0000	26,900.00	
514	02122064	1500.0000	9,000.00	
<b>TOTAL = = = = = &gt;&gt;</b>			<b>73,080.00</b>	
<b>0020 MERXAM CORPORATIVO S DE RL DE CV</b>				
152	02033800	3.3400	5,344.00	
<b>TOTAL = = = = = &gt;&gt;</b>			<b>5,344.00</b>	
<b>0024 POLIMEROS 2000, S.A. DE C.V.</b>				
892	22000911	83.0000	8,300.00	
902	22001109	53.5000	1,177.00	
903	22001111	83.0000	27,888.00	
904	22001112	83.0000	21,995.00	
905	22001200	83.0000	575,688.00	
911	22001568	115.0000	460.00	
913	22001893	280.0000	560.00	
917	22011114	83.0000	41,500.00	
919	22011123	340.0000	680.00	
927	22011170	79.0000	474,000.00	
930	22011185	53.5000	26,750.00	
<b>TOTAL = = = = = &gt;&gt;</b>			<b>1,178,998.00</b>	
<b>0025 KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>				
195	02045230	1.9100	2,674.00	
359	02095063	173.4900	30,360.75	
400	02105600	50.4700	6,056.40	
523	02122080	50.0000	35,000.00	
531	02122098	1710.0000	1,710.00	
829	02123312	13.6600	26,227.20	
<b>TOTAL = = = = = &gt;&gt;</b>			<b>102,028.35</b>	
<b>0026 ARKANUM, S.A. DE C.V.</b>				
76	02014050	6.0700	169,960.00	
78	02014100	10.3000	103,000.00	

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN**  
**SALVADOR ZUBIRAN**

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL**  
**INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-I1-2015**

**Material, Accesorios y Suministros Medicos**  
**No. ADQ.LIC-001/14**

79	02014250	27.3400	13,670.00
156	02035415	296.0000	591,704.00
522	02122079	4350.0000	174,000.00
550	02122155	192.0000	7,680.00
583	02122262	14694.0000	14,694.00
<b>TOTAL = = = = = &gt;&gt;</b>			<b>1,074,708.00</b>
<b>0027 DINAMICA MEDICA, S.A. DE C.V.</b>			
317	02084450	220.0000	17,160.00
421	02114930	175.0000	1,750.00
<b>TOTAL = = = = = &gt;&gt;</b>			<b>18,910.00</b>
<b>0028 ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.</b>			
52	02010600	69.0000	216,936.00
157	02035500	104.0000	124,800.00
162	02037407	20.5000	133,250.00
179	02041910	236.0000	368,160.00
273	02070600	172.0000	688,000.00
530	02122097	120.0000	12,000.00
768	02123029	55.0000	84,810.00
<b>TOTAL = = = = = &gt;&gt;</b>			<b>1,627,956.00</b>
<b>0029 DEGASA, S.A. DE C.V.</b>			
368	02098250	40.9300	63,195.92
<b>TOTAL = = = = = &gt;&gt;</b>			<b>63,195.92</b>
<b>0031 UCIN MEDICA, S.A. DE C.V.</b>			
9	02000945	7.0600	353.00
301	02078460	17.0600	1,706.00
374	02101095	17.0000	8,670.00
375	02101100	17.0000	11,050.00
376	02101200	17.0000	12,750.00
422	02117100	580.0000	55,680.00
423	02117101	580.0000	26,680.00
424	02117102	620.0000	29,760.00
425	02117150	126.0000	756.00
771	02123037	35.8200	47,282.40
819	02123254	126.0000	252.00
<b>TOTAL = = = = = &gt;&gt;</b>			<b>194,939.40</b>
<b>0033 LEVBETH MEDICAL, S.A. DE C.V.</b>			
403	02105876	26000.0000	156,000.00
655	02122703	555.0000	11,100.00
720	02122896	577.5000	5,775.00



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MEDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRAN

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

TOTAL = = = = = >> 172,875.00

0035 MARIA ARACELI RIVERA NIETO

37	02006789	11.0700	354,240.00
169	02038000	12.9100	1,497.56
629	02122641	48.0000	1,760,352.00
715	02122840	68.5000	842,550.00
760	02123003	13.9000	111,895.00
761	02123004	130.0000	791,960.00
762	02123005	12.4000	8,680.00

TOTAL = = = = = >> 3,871,174.56

0036 TRANSMEDICA, S.A. DE C.V.

92	02016700	50.0000	1,200.00
97	02019600	5624.0000	28,120.00
327	02085200	5350.0000	128,400.00
540	02122127	2400.0000	14,400.00
845	02123330	2400.0000	60,000.00
846	02123331	2400.0000	36,000.00

TOTAL = = = = = >> 268,120.00

0037 TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.

833	02123316	52.0000	260.00
941	22011247	210.0000	1,050.00
942	22011248	210.0000	3,150.00
943	22011249	210.0000	4,200.00

TOTAL = = = = = >> 8,660.00

0038 MARPELPHARMA MEXICO S.A. DE C.V.

767	02123018	300.0000	108,000.00
-----	----------	----------	------------

TOTAL = = = = = >> 108,000.00

0040 AMBIDERM, S.A. DE C.V.

889	22000700	10.0000	10,000.00
890	22000800	10.0000	36,000.00
893	22000935	57.5000	6,210.00
894	22000940	69.0000	10,143.00
895	22000942	69.0000	56,925.00
897	22000945	69.0000	4,623.00
901	22001106	67.0000	23,316.00
918	22011120	69.0000	1,656.00
925	22011140	57.5000	575.00

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

*a*

*f*

*X*

*col*





INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRAN

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

<b>TOTAL = = = = = &gt;&gt;</b>			<b>149,448.00</b>
<b>0041 ACCESOFARM, S.A. DE C.V.</b>			
160	02036040	1447.9200	8,687.52
297	02076600	17304.5800	69,218.32
859	02123344	17304.5800	69,218.32
860	02123345	17304.5800	51,913.74
861	02123346	18329.5800	36,659.16
<b>TOTAL = = = = = &gt;&gt;</b>			<b>235,697.06</b>
<b>0042 DISTRIBUCIONES MEDICAS LERAM S.A. DE C.V</b>			
66	02012860	33.3000	8,325.00
741	02122959	8.1900	29,664.18
<b>TOTAL = = = = = &gt;&gt;</b>			<b>37,989.18</b>
<b>0043 QUALITY MEDICAL SERVICE, SA DE C.V</b>			
208	02050200	29.4100	161,755.00
209	02050300	29.4100	135,286.00
<b>TOTAL = = = = = &gt;&gt;</b>			<b>297,041.00</b>
<b>0044 EQUIPOS MEDICOS GARCIA LARA S.A. DE C.V.</b>			
94	02019400	980.0000	19,600.00
<b>TOTAL = = = = = &gt;&gt;</b>			<b>19,600.00</b>
<b>0045 ACCEMED CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.</b>			
184	02043005	223.3000	22,330.00
185	02043006	143.5500	14,355.00
726	02122929	1522.5000	3,045.00
728	02122932	1522.5000	6,090.00
735	02122949	70.0000	280.00
738	02122953	397.0400	5,955.60
<b>TOTAL = = = = = &gt;&gt;</b>			<b>52,055.60</b>
<b>0046 RAPPYD, S.A. DE C.V.</b>			
345	02089700	3.3000	11,880.00
<b>TOTAL = = = = = &gt;&gt;</b>			<b>11,880.00</b>
<b>0047 MEDICAL RECOVERY SA DE CV</b>			
660	02122721	3032.9300	242,634.40

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

*a*

*[Handwritten marks and signatures at the bottom of the page]*



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRAN**

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

418	02113900	5512.5000	5,512.50
440	02121758	1034.7800	4,139.12
441	02121759	1034.7800	3,104.34
532	02122099	3200.0000	3,200.00
574	02122228	3409.0900	68,181.80
575	02122229	9200.0000	18,400.00
637	02122665	3200.0000	19,200.00
638	02122666	3900.0000	23,400.00
654	02122700	1890.0000	7,560.00
657	02122708	1175.0000	58,750.00
721	02122897	770.0000	3,080.00
722	02122900	24100.0000	96,400.00
723	02122901	24100.0000	241,000.00
744	02122963	8900.0000	89,000.00
745	02122964	8900.0000	89,000.00
748	02122967	3900.0000	58,500.00
749	02122968	3900.0000	58,500.00
787	02123103	9200.0000	9,200.00
788	02123104	9200.0000	9,200.00
835	02123319	880.0000	8,800.00
856	02123341	140000.0000	140,000.00
857	02123342	140000.0000	140,000.00

TOTAL = = = = = >>

3,287,046.96

0050 CASA MARZAM, S.A. DE C.V.

171	02039300	322.6400	3,871.68
172	02039400	322.6400	3,871.68
173	02039700	337.1300	4,045.56
174	02039900	337.1300	4,045.56
175	02040000	316.6000	3,799.20
223	02055610	1508.0500	6,032.20
224	02055620	1508.0500	6,032.20
261	02068350	785.4500	14,138.10

TOTAL = = = = = >>

45,836.18

0051 INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.

585	02122264	6272.0000	62,720.00
807	02123235	652.0000	391,200.00

TOTAL = = = = = >>

453,920.00

0054 CIRUGIA Y ESTERILIZACION INTEGRAL MEXICA

806	02123229	566.6200	13,598.88
809	02123237	7932.0000	237,960.00
815	02123243	566.6200	33,997.20
816	02123244	673.3300	16,833.25
817	02123246	1132.2600	108,696.96

a

f

\*

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRAN**

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015**

**Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14**

**TOTAL = = = = = >> 411,086.29**

**0058 FRESENIUS MEDICAL CARE DE MEXICO, S.A. D**

1	02123298	321.7400	643,480.00
2	02123300	574.0800	48,222.72
220	02054625	774.8000	54,236.00
291	02074900	74.8800	345,047.04
292	02074910	204.8800	4,917.12
346	02089900	9.2200	5,532.00
511	02122058	74.8800	1,797.12
552	02122160	346.3200	694,025.28
663	02122724	479.4400	97,805.76

**TOTAL = = = = = >> 1,895,063.04**

**0059 CORPORATIVO NEOMEDICA, S.A. DE C.V.**

566	02122207	16666.3300	33,332.66
567	02122208	19102.6600	38,205.32
568	02122209	5079.1100	5,079.11
569	02122210	10592.5100	10,592.51

**TOTAL = = = = = >> 87,209.60**

**0060 B BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

245	02064500	0.9600	8,640.00
246	02064600	0.9600	960.00
247	02064700	0.9600	10,273.92
248	02064800	0.9600	4,800.00
249	02064900	0.9600	5,760.00

**TOTAL = = = = = >> 30,433.92**

**TOTAL LICITACION = = = = >> 30,632,882.46.**

Los montos arriba señalados no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.-----

En el presente acto se hace entrega del fallo a los proveedores, haciéndoles saber que con fundamento en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público disponen de 15 días naturales a partir de la fecha en que se hubiere notificado el presente fallo para acudir a las oficinas del Departamento de Adquisiciones del Instituto a formalizar los pedidos de las partidas que se les adjudican.-----

Las empresas ganadoras deberán entregar dentro de los diez días naturales posteriores a la formalización de los pedidos la fianza a favor del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, equivalente al 10% del monto total de los pedidos, sin IVA y vigencia de doce meses como garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente adjudicación, así mismo, a efecto de integrar los expedientes correspondientes deberán proporcionar en original y copia para su cotejo, la documentación que acredite la información manifestada en el punto 12.1. de la convocatoria.-----

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

*[Handwritten mark 'a' on the left side]*

*[Handwritten marks and signatures at the bottom of the page]*



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos No. ADQ.LIC-001/14

Por no haber recibido propuesta técnica y económicamente convenientes para el Instituto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios del Sector Publico, se declaran desiertas las partidas con las siguientes claves:

Table with 8 columns of numerical keys (4-356) and corresponding alphanumeric codes (02008000-02094557).

a

d

/

\*

Handwritten signature

Large handwritten signature and initials on the right margin.



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I1-2015

Material, Accesorios y Suministros Medicos  
No. ADQ.LIC-001/14

362	02096660	363	02096661	364	02096662	365	02097310
366	02097500	369	02098650	370	02100000	371	02100100
372	02100200	373	02100300	381	02101600	384	02102100
385	02102200	386	02102800	387	02103000	388	02103300
389	02103600	390	02103700	391	02103800	392	02103900
393	02104000	394	02104100	397	02104600	398	02104800
399	02105000	406	02108250	407	02108300	408	02108904
409	02108910	410	02109300	411	02109600	414	02113400
415	02113410	416	02113500	417	02113760	419	02114200

No habiendo otro asunto que tratar se dio por concluido el acto siendo las **10:00** horas del mismo día en que se celebró firmando al margen o al calce todos los servidores públicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, considerando la presente acta como emisión del fallo a las empresas participantes, así mismo se informa que el presente documento lo emite y firma quién preside el evento, Lic. Adriana Salgado Yépez, Jefe del Departamento de Adquisiciones.

NOMBRE	AREA	FIRMA
LIC. SERGIO AQUINO AVENDAÑO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
LIC. ADRIANA SALGADO YEPEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
C. JUAN CARLOS TÉLLEZ GIRÓN GONZÁLEZ	COORDINADOR DE LICITACIONES	
C. MARTIN OLIVARES VALDERRAMA	COORDINADOR DE ADQUISICIONES	

Última hoja del Fallo de la Licitación Pública Internacional Presencial No LA-12NCG001-I1-2015, para la adquisición de  
"ADQUISICIÓN MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS"

----- FIN DEL ACTA -----