



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016**

SUSTANCIAS QUÍMICAS

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 14 de diciembre de 2016, en el Aula de usos múltiples de la Unidad del Paciente Ambulatorio (UPA) del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicado en Avenida Vasco de Quiroga Número 15 Colonia Belisario Domínguez Sección XVI Código Postal 14080 Delegación Tlalpan, se reunieron los Servidores Públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral 2.1 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el Pas. Lic. Delfino Javier Flores Flores, Jefe del Departamento de Adquisiciones, servidor público designado por la convocante, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por si o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se le permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El presidente del Acto, fue asistido por los representantes del Área Usaria de los diferentes departamentos involucrados, los cuales solventaron las preguntas de carácter técnico, el representante del Departamento de Adquisiciones, el cual solventó las preguntas de carácter administrativo, y el representante del Departamento de Asesoría Jurídica el cual solventó las preguntas de carácter normativo y legal cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El presidente del Acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la Convocante como en el correo electrónico señalado en la respectiva convocatoria de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. DE PREGUNTAS	No. DE HOJAS
1	QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	4	1
2	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	2	1
3	GIFYT, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	10	2
4	ABALAT, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	2	1
5	DISTRIBUIDORA QUÍMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	3	1
6	ALFONSO MARHX, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	15	15
7	BIODIST, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	9	2
8	SILVERA CIENCIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	3	1
9	MERXAM CORPORATIVO S. DE R.L. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	13	5
10	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES,	CORREO ELECTRÓNICO	1	1



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016**

SUSTANCIAS QUÍMICAS

	S.A. DE C.V.			
11	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	5	1
12	GRUPO JIM PERTH, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	9	2
13	ATYDE MEXICO, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	9	2
14	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	8	2
15	DISTRIBUIDORA BIOGAMA, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	4	1
16	MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	3	1
17	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	5	1

a) También se hace constar que los siguientes licitantes presentan Escrito de interés en participar, sin presentar preguntas:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
1	BIOCARE MEDICAL REPRESENTANTE, S.A. DE C.V.
2	BECKMAN COULTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
3	HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.

LA CONVOCANTE REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA:

- SE SUGIERE LEER DETENIDAMENTE LA PRESENTE CONVOCATORIA YA QUE EXISTEN CAMBIOS SUSTANCIALES EN LOS ANEXOS Y EN GENERAL EN EL RESTO DE LA CONVOCATORIA, ESTO CON RESPECTO A LA CONVOCATORIA ANTERIOR.
- SE ACLARA QUE EN EL ANEXO 17, LOS NÚMEROS DE PARTIDAS FALTANTES CORRESPONDEN A PARTIDAS CANCELADAS.
- LOS CALENDARIOS DE ENTREGAS DE BIENES SE AJUSTARÁN DE ACUERDO A LA FECHA DE FALLO.
- SE SUGIERE A LOS LICITANTES QUE EN EL ANEXO 7, LA COLUMNA DENOMINADA "PRECIO UNITARIO" SE PRESENTE CON LETRA ARIAL 12 NEGRILLA, YA QUE ESTO PERMITIRÁ TANTO AL LICITANTE COMO AL INSTITUTO REALIZAR UNA MEJOR REVISIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
- PARA LOS LICITANTES QUE NO ASISTERON A ESTE EVENTO, SE LES INFORMA QUE PARA OBTENER SU NÚMERO DE LICITANTE DEBEN COMUNICARSE VÍA TELEFÓNICA (54-87-09-00 EXT. 2932 O 2948) O DE MANERA PERSONAL CON EL C. SALVADOR SIENEGA ESTIBUARTE EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.
- ANEXO 5, DICE: 4.2, DEBE DECIR 3.2
- ANEXO 6, DICE: 4.3, DEBE DECIR 3.3

ACLARACIONES POR PARTE DE LAS ÁREAS USUARIAS:

- PARTIDA 1130 SE ELIMINA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016

SUSTANCIAS QUÍMICAS

2. PARTIDA 1345 SE ADICIONA EL TEXTO: "MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES, ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL LABORATORIO"

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante (cuando aplique) como se indica a continuación:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.

1. PREGUNTA RELATIVA A NUMERAL 2.4 ACTO DE FALLO

1/1 ¿SE LLEVARÁ ACABO EL 01 DE FEBRERO 2017 A LAS 12:15 DE ACUERDO A LAS ENTREGAS DEL MATERIAL ESTAN CONSIDERANDO EL MES DE ENERO PARA SU ENTREGA FAVOR DE CONFIRMAR CUAL SERA LA FECHA DE FALLO Y CONFIRMAR EL MES SE DEBERA ENTREGAR EL MATERIAL?

R=LOS CALENDARIOS SE AJUSTARÁN DE ACUERDO A LA FECHA DE FALLO

2. PREGUNTA RELATIVA A NUMERAL 3.2 REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS INCISO i) DECLARACION DE Grado de Contenido Nacional (aplica solo para bienes de origen nacional) ANEXO 12

1/1 ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE EN CASO DE QUE SE OFERTEN BIENES EXTRANJEROS BASTARA SOLO CON CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTE ANEXO (ANEXO 12) NO APLICA PARA LOS BIENES A OFERTAR O INTEGRARAN UN ANEXO PARA BIENES INTERNACIONALES?

R=SE CONFIRMA QUE EN CASO DE OFERTAR BIENES DE ORIGEN EXTRAJERO BASTARÁ CON UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR SEÑALANDO QUE "NO APLICA" ESTE REQUISITO

3. PREGUNTA RELATIVA A NUMERAL 3.2 REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS INCISO k) CONVENIO PARA PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS

1/1 ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE EN CASO DE QUE NO SE PRESENTE PROPUESTA EN CONJUNTO BASTARA CON CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTE INCISO NO APLICA PARA MI REPRESENTADA?

R=ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

4. PREGUNTA RELATIVA A NUMERAL 3.3 REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS B) RECIBO DE MUESTRAS ANEXO 14

1/1 ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA OFERTE BIENES QUE, NO SOLICITAN LA MUESTRA FÍSICA SE CUMPLIRA ESTE PUNTO CON CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA EMPRESA NO OFERTA BIENES QUE REQUIERAN MUESTRA FÍSICA?

R= SE DEBERÁ ENTREGAR MUESTRA FÍSICA SOLO EN LAS PARTIDAS QUE EXPRESAMENTE ASÍ SE SEÑALE EN EL ANEXO 17, EN CASO CONTRARIO DEBERÁN ENTREGAR UNA SOLA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS PARTIDAS NUMEROS _____ A OFERTAR NO REQUIEREN MUESTRA FÍSICA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.

1. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 712 CLAVE_05477330.

1/2 ¿SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE ELIMINE DE LA DESCRIPCION LAS PALABRAS: "MCA ENDOZIME PREMIUM CIAPA", YA QUE ES UNA MARCA_?

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016

SUSTANCIAS QUÍMICAS

R=SE ACEPTA

2. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 820 CLAVE 0478057

1/1 ¿SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA COTIZAR TIRA INDICADORA INTERNA MULTIPARAMETRO PARA GAS OXIDO DE ETILENO PRESENTACION CAJA CON 250 PIEZAS?

R=SE ACEPTA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: GIFYT, S.A. DE C.V.

1. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17)

1/2 PARTIDA 467 CLAVE 05475361 DESCRIPCIÓN: CONCENTRADO ACIDO PARA HEMODIALISIS: CADA 100 ML CONTIENEN CLORURO DE SODIO 21.067 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.644 G, CLORURO DE POTASIO 0.522 G, CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 0.357 G, ACIDO ACETICO GLACIAL 0.630 G, GLUCOSA 7.000 G, AGUA INYECTABLE C.B.P. 100 ML. BARRIL CON 208 LITROS PRESENTACION: BARRIL CON 208 LITROS.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR GALÓN EN LUGAR DE BARRIL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM 045-SSA2-2015 PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD, CON ESTO COADYUVAMOS A MANTENER LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES.

R=NO SE ACEPTA

2/2 PARTIDA 468 CLAVE 05475362 DESCRIPCIÓN: BICARBONATO DE SODIO EN POLVO PARA HEMODIALISIS; EN BOLSA CON 795GR CON SODIO 35 MEQ/L- BICARBONATO DE 35 MEQ/L CON AMPLIA CADUCIDAD SE REQUIERE LA ENTREGA LOS PRIMEROS 5 DIAS DE CADA MES PROGRAMADO PRESENTACION BOLSA DE PLASTICO 795 GR PRESENTACION: BOLSA CON 795 GRAMOS.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BICARBONATO DE SODIO EN POLVO PARA HEMODIALISIS EN BOLSA DE 650 GR, DEBIDO A QUE PRESENTACIÓN ADECUADA A LA TECNOLOGÍA VIGENTE EN EL INSTITUTO.

R=NO SE ACEPTA

2. PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA
PUNTO DE REFERENCIA: 3.3. Requisitos técnicos y económicos, recibo de muestras físicas, Anexo 14

1/8 ¿Solicitamos a la convocante nos confirme si el requerimiento de muestras es para todas las partidas o solo para las que así lo indican favor de confirmar?

R=SOLO PARA LAS PARTIDAS QUE EXPRESAMENTE SE SEÑALAN EN EL ANEXO 17

2/8 ¿En caso de que su respuesta anterior se a positiva solicitamos a la convocante nos confirme que en caso de que las partidas ofertadas no requieran muestra bastara con presentar un escrito bajo protesta de decir verdad donde así lo indiquemos, favor de confirmar?

R=EN LAS PARTIDAS DONDE NO SE REQUIERE MUESTRA FISICA SE TIENE QUE ENTREGAR CATALOGO O FICHA TECNICA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016

SUSTANCIAS QUÍMICAS

PUNTO DE REFERENCIA: c.2.2 Manifiesto de apoyo solidario para licitantes que sean distribuidores.

3/8 Se solicita amablemente a la convocante nos permita presentar carta de respaldo del titular del registro que a su vez es el distribuidor exclusivo y filial del fabricante en México de los productos ofertados, indicando número de partida, marca y clave interna del INCMNSZ de los bienes en los que participa, manifestando respaldar la propuesta de los bienes que el Licitante presente ante el INCMNSZ y que en caso de resultar adjudicado se compromete a garantizar, el abasto suficiente. ¿Se acepta?

R=SE ACEPTA PETICION

4/8 Inciso c.3 Registros sanitarios para Fabricantes y/o distribuidores mayoristas ó distribuidores.

Se solicita amablemente a la convocante nos confirme que con presentar registro sanitario, prorroga o modificación vigente será suficiente para cumplir con este punto. ¿Se acepta?

R=ES CORRECTA SU APRECIACION

PUNTO DE REFERENCIA: c.3.1 licencias y avisos (este requisito no se presentará en hoja por partida y se entregará como primer documento del presente inciso c) antes de la primera partida ofertada), incisos a), b) y c)

5/8 ¿Solicitamos a la convocante nos confirme si la documentación requerida en los incisos mencionados corresponde al licitante, favor de confirmar?

R=ES CORRECTA SU APRECIACION

PUNTO DE REFERENCIA: 6.1 6.1 Plazo de entrega

6/8 ¿Solicitamos a la convocante nos proporcione un calendario de entregas con las fechas exactas de entrega o nos confirme si conforme al Anexo 17 las entregas se podrán hacer durante todo el mes referenciado en dicho anexo, favor de confirmar?

R=LOS CALENDARIOS SE AJUSTARÁN DE ACUERDO A LA FECHA DE FALLO

PUNTO DE REFERENCIA: Anexo 6

7/8 ¿Solicitamos a la convocante nos confirme que en la columna de Punto de Convocatoria se refiere al punto 3.3 incisos a,b y c y no al punto 4.3, favor de confirmar?

R=ES CORRECTA SU APRECIACION

PUNTO DE REFERENCIA: Anexo 8

8/8 ¿Solicitamos a la convocante nos confirme con que dato se requisitara la columna de "catalogo", favor de confirmar?

R=CON EL CATALOGO DE LA PARTIDA OFERTADA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ABALAT, S.A. DE C.V.

A. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA:

95 CLAVE: 05059200



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016

SUSTANCIAS QUÍMICAS

154 CLAVE: 05091550
158 CLAVE: 05092300
159 CLAVE: 05092500
308 CLAVE: 05180710
309 CLAVE: 05180720
353 CLAVE: 05210650
361 CLAVE: 05214000
362 CLAVE: 05214100
447 CLAVE: 05475188
483 CLAVE: 05475541
734 CLAVE: 05477460

1/1 ¿Solicitamos a la convocante nos aclare si para las partidas mencionadas anteriormente se requiere que el reactivo haya sido evaluado previo a la licitación?
R= SI SE REQUIERE

B. PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA
PUNTO DE REFERENCIA: punto 7 de la convocatoria:

1/1 En relación a las muestras físicas, solicitamos a la convocante nos aclare ¿si para aquellos bienes que ya han sido evaluados y que actualmente los utiliza el Instituto, podemos entregar junto con el anexo 14 copia del catálogo o folleto o instructivo como muestra en el Departamento de Almacene y poder así anexar copia de este documento a nuestra propuesta?
R=NO SE ACEPTA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, S.A. DE C.V.

1. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 1337 CLAVE: 0548 0077

1/3 ¿ POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LO SIGUIENTE. DUDA EN BASES ESTA PARTIDA 1337 NOS PONEN FECHA DE ENTREGA 20 CAJAS ENERO 2016 Y EN BASES LA FECHA DE FALLO ES EL 01 DE FEBRERO DEL 2016, NOS PODRAN INDICAR LA PRIMER FECHA DE ENTREGA DE ESTA PARTIDA?
R=LOS CALENDARIOS SE AJUSTARÁN DE ACUERDO A LA FECHA DE FALLO

2. PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA
PUNTO DE REFERENCIA: ANEXO DE LICITACION

1/3 ¿ EN LOS ANEXOS DADOS POR LA CONVOCANTE SOLICITAN No DE INSCRIPCION DEL LICITANTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN ESTE PUNTO VA EL NUMERO DE PROVEEDOR QUE NOS ASIGNO EL INSTITUTO COMO NUMERO DE PROVEEDOR ?

R=SI ES EL NUMERO DE INSCRIPCION (LICITANTE) QUE DEBE IR EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN SU PROPOSICION Y ES EL MISMO NUMERO QUE APARECE EN EL LISTADO AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016

SUSTANCIAS QUÍMICAS

Ba. 2/3 ¿ EN EL ANEXO 13 SOLICITAN EL RFC DEL FABRICANTE SI LA EMPRESA FABRICANTE POR SER DE OTRA NACIONALIDAD NO CUENTA CON RFC , PARA PODER CUMPLIR ESTE PUNTO SERA SUFICIENTE COLOCAR SU NUMERO DE IDENTIFICACION TAX?

R=SI

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ALFONSO MARHX, S.A. DE C.V.

6 PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 533 CLAVE 5475905

1/3 ¿CON RELACION AL REACTIVO SOLICITADO EN ESTA CLAVE EN FCS. DE 1 G. LES INFORMAMOS QUE LA CAPACIDAD MAS GRANDE ES DE 100MG, POR LO ANTERIOR LES SOLICITAMOS NOS DIGAN SI TENEMOS QUE COTIZAR 10 FCS. CON 100MG O UNICAMENTE 1 DE 100MG ?

R= FRASCO DE 1 GRAMO

6 PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 534 CLAVE 5475907

1/3 ¿CON RELACION AL REACTIVO SOLICITADO EN ESTA CLAVE EN FCS. DE 1 G. LES INFORMAMOS QUE LA CAPACIDAD MAS GRANDE ES DE 100MG, POR LO ANTERIOR LES SOLICITAMOS NOS DIGAN SI TENEMOS QUE COTIZAR 10 FCS. CON 100MG O UNICAMENTE 1 DE 100MG ?

R= FRASCO DE 1 GRAMO

6 PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 535 CLAVE 5475908

1/3 ¿CON RELACION AL REACTIVO SOLICITADO EN ESTA CLAVE EN FCS. DE 1 G. LES INFORMAMOS QUE LA CAPACIDAD MAS PEQUEÑA ES DE 10G, POR LO ANTERIOR LES SOLICITAMOS NOS DIGAN SI TENEMOS QUE COTIZAR 1 FCS. CON 10G O UNICAMENTE 1 DE 10G ?

R= FRASCO DE 1 GRAMO

6 PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 537 CLAVE 5475911

1/3 ¿CON RELACION AL REACTIVO SOLICITADO EN ESTA CLAVE EN FCS. DE 1 G. LES INFORMAMOS QUE LA CAPACIDAD MAS GRANDE ES DE 100 MG, POR LO ANTERIOR LES SOLICITAMOS NOS DIGAN SI TENEMOS QUE COTIZAR 10 FCS. CON 100MG O UNICAMENTE 1 DE 100 MG ?

R= FRASCO DE 1 GRAMO.

6 PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 538 CLAVE 5475914

1/3 ¿CON RELACION AL REACTIVO SOLICITADO EN ESTA CLAVE EN FCS. DE 1 G. LES INFORMAMOS QUE LA CAPACIDAD MAS GRANDE ES DE 100 MG, POR LO ANTERIOR LES SOLICITAMOS NOS DIGAN SI TENEMOS QUE COTIZAR 10 FCS. CON 100MG O UNICAMENTE 1 DE 100 MG ?

R= FRASCO DE 1 GRAMO

6 PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 539 CLAVE 5475915



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016**

SUSTANCIAS QUÍMICAS

1/3 ¿CON RELACION AL REACTIVO SOLICITADO EN ESTA CLAVE EN FCS. DE 1 G. LES INFORMAMOS QUE LA CAPACIDAD MAS GRANDE ES DE 100 MG, POR LO ANTERIOR LES SOLICITAMOS NOS DIGAN SI TENEMOS QUE COTIZAR 10 FCS. CON 100MG O UNICAMENTE 1 DE 100 MG ?
R= FRASCO DE 1 GRAMO.

PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 540 CLAVE 5475916

1/3 ¿CON RELACION AL REACTIVO SOLICITADO EN ESTA CLAVE EN FCS. DE 1 G. LES INFORMAMOS QUE LA CAPACIDAD MAS GRANDE ES DE 100 MG, POR LO ANTERIOR LES SOLICITAMOS NOS DIGAN SI TENEMOS QUE COTIZAR 10 FCS. CON 100MG O UNICAMENTE 1 DE 100 MG ?
R= FRASCO DE 1 GRAMO.

PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 541 CLAVE 5475917

1/3 ¿CON RELACION AL REACTIVO SOLICITADO EN ESTA CLAVE EN FCS. DE 1 G. LES INFORMAMOS QUE LA CAPACIDAD MAS GRANDE ES DE 100 MG, POR LO ANTERIOR LES SOLICITAMOS NOS DIGAN SI TENEMOS QUE COTIZAR 10 FCS. CON 100MG O UNICAMENTE 1 DE 100 MG ?
R= FRASCO DE 1 GRAMO.

PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 542 CLAVE 5475918

1/3 ¿CON RELACION AL REACTIVO SOLICITADO EN ESTA CLAVE EN FCS. DE 1 G. LES INFORMAMOS QUE LA CAPACIDAD MAS GRANDE ES DE 100 MG, POR LO ANTERIOR LES SOLICITAMOS NOS DIGAN SI TENEMOS QUE COTIZAR 10 FCS. CON 100MG O UNICAMENTE 1 DE 100 MG ?
R= FRASCO DE 1 GRAMO.

PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 543 CLAVE 5475920

1/3 ¿CON RELACION AL REACTIVO SOLICITADO EN ESTA CLAVE EN FCS. DE 1 G. LES INFORMAMOS QUE LA CAPACIDAD MAS GRANDE ES DE 100 MG, POR LO ANTERIOR LES SOLICITAMOS NOS DIGAN SI TENEMOS QUE COTIZAR 10 FCS. CON 100MG O UNICAMENTE 1 DE 100 MG ?
R= FRASCO DE 1 GRAMO.

PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 575 CLAVE 5476294

1/3 ¿CON RELACION AL REACTIVO SOLICITADO EN ESTA CLAVE UDS. SOLICITAN 5 ALFA COLESTANOS 99% PUREZA, PODEMOS OFRECER DE 97%?
R= NO, YA QUE SE REQUIERE AL 99%

PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA:687 CLAVE 5477146

1/3 ¿CON RELACION AL REACTIVO SOLICITADO EN ESTA CLAVE UDS. SOLICITAN TRIZMA BASE 99.9% PUREZA, PODEMOS OFRECER DE 99.8%?
R= NO SE ACEPTA

PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA:701 CLAVE 5477277



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016

SUSTANCIAS QUÍMICAS

1/3 ¿CON RELACION AL REACTIVO SOLICITADO EN ESTA CLAVE UDS. SOLICITAN GENESTEIN 99% PUREZA, PODEMOS OFRECER DE 98%?
R= NO SE ACEPTA

PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA:951 CLAVE 5479381

1/3 ¿CON RELACION AL REACTIVO SOLICITADO EN ESTA CLAVE UDS. SOLICITAN SULFATO DE QUININA FCO CON 100 G PODRIAMOS OFRECER EN FCS DE 50 G. EN LA CANTIDAD EQUIVALENTE A LA SOLICITADA?
R= NO SE ACEPTA

PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA:1107 CLAVE 5479823

1/3 ¿CON RELACION AL REACTIVO SOLICITADO EN ESTA CLAVE UDS. SOLICITAN HIDRATO DE CATEQUINA FCO CON 5MG PODRIAMOS OFRECER EN FCS DE 5 G.?
R= NO SE ACEPTA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: BIODIST, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: TODAS LAS PARTIDAS CLAVE: TODAS LAS CLAVES

1/9 ¿Nos pueden indicar para qué partidas y claves incluidas en el Anexo 17 requiere el Instituto que se entreguen muestras?
R=SE DEBERÁ ENTREGAR MUESTRA FÍSICA SOLO EN LAS PARTIDAS QUE EXPRESAMENTE ASÍ SE SEÑALE EN EL ANEXO 17.

2/9 Para las partidas 636, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 670, 671, 672, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 1025, 1026, 1027, 1039, 1386, 1387, se solicita a la convocante que aclare si ¿solo se requiere la entrega de catálogo, ficha técnica o inserto, como equivalente a la entrega de muestras físicas, para dar cumplimiento a lo solicitado en el punto 7. MUESTRAS FÍSICAS?
R= SOLO SI EXPRESAMENTE SE SEÑALA EN EL ANEXO 17 SE ENTREGA MUESTRA FISICA.

3/9 Para la partida 660, CONTROL PARA LA DETERMINACION DE ENZIMAS Y SUSTRATOS CON VALORES NORMALES PRECINORM U COMPATIBLES PARA EL EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACIÓN PAQUETE CON 4 FRASCOS, se informa a la convocante que el fabricante ROCHE ha descontinuado el producto y lo ha sustituido por PRECICONTROL CLIN CHEM MULTI 1. ¿Se acepta ofertar PRECICONTROL CLIN CHEM MULTI 1, PRESENTACIÓN PAQUETE CON 4 FRASCOS, COMPATIBLE CON EL EQUIPO COBAS C111, PROPIEDAD DEL INSTITUTO en lugar de PRECINORM U?
R= SE PUEDE ENTREGAR Y QUEDA SUJETO A EVALUACION

4/9 Para la partida 661, CONTROL PARA LA DETERMINACION DE ENZIMAS Y SUSTRATOS CON VALORES PATOLÓGICOS PRECIPATH U COMPATIBLES PARA EL EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACIÓN PAQUETE CON 4 FRASCOS, se informa a la convocante que el fabricante ROCHE ha descontinuado el producto y lo ha sustituido por PRECICONTROL CLIN CHEM MULTI 2. ¿Se acepta ofertar PRECICONTROL CLIN CHEM MULTI 2, PRESENTACIÓN PAQUETE CON 4 FRASCOS, COMPATIBLE CON EL EQUIPO COBAS C111, PROPIEDAD DEL INSTITUTO en lugar de PRECIPATH U?
R= SE PUEDE ENTREGAR Y QUEDA SUJETO A EVALUACION

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016**

SUSTANCIAS QUÍMICAS

5/9 Para la partida 662, CONTROL PARA LA DETERMINACION DE ENZIMAS Y SUSTRATOS CON VALORES NECESARIOS PARA LA DETERMINACION DE COLESTEROL HDL Y LDL PRECINORM L COMPATIBLES PARA EL EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACIÓN PAQUETE CON 4 FRASCOS, se informa a la convocante que el fabricante ROCHE ha descontinuado el producto y lo ha sustituido por PRECICONTROL CLIN CHEM MULTI 1. ¿Se acepta ofertar PRECICONTROL CLIN CHEM MULTI 1, PRESENTACIÓN PAQUETE CON 4 FRASCOS, COMPATIBLE CON EL EQUIPO COBAS C111, PROPIEDAD DEL INSTITUTO en lugar de PRECINORM L?

R= SE PUEDE ENTREGAR Y QUEDA SUJETO A EVALUACION

6/9 Para la partida 663, CONTROL PARA LA DETERMINACION DE ENZIMAS Y SUSTRATOS CON VALORES PATOLOGICOS NECESARIOS PARA LA DETERMINACION DE COLESTEROL HDL Y LDL PRECIPATH HDL/LDL COMPATIBLES PARA EL EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACIÓN PAQUETE CON 4 FRASCOS, se informa a la convocante que el fabricante ROCHE ha descontinuado el producto y lo ha sustituido por PRECICONTROL CLIN CHEM MULTI 2. ¿Se acepta ofertar PRECICONTROL CLIN CHEM MULTI 2, PRESENTACIÓN PAQUETE CON 4 FRASCOS, COMPATIBLE CON EL EQUIPO COBAS C111, PROPIEDAD DEL INSTITUTO en lugar de PRECIPATH HDL/LDL?

R= SE PUEDE ENTREGAR Y QUEDA SUJETO A EVALUACION

7/9 Para la partida 754, CONTROL PATOLOGICO PARA LA DETERMINACION DE LA PROTEINA C REACTIVA COMPATIBLE PARA EL EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACIÓN CAJA CON 5 FRASCOS, se informa a la convocante que el fabricante ROCHE ha descontinuado el producto y lo ha sustituido por PRECICONTROL CLIN CHEM MULTI 2. ¿Se acepta ofertar PRECICONTROL CLIN CHEM MULTI 2, PRESENTACIÓN PAQUETE CON 4 FRASCOS, COMPATIBLE CON EL EQUIPO COBAS C111, PROPIEDAD DEL INSTITUTO en lugar de PRECIPATH PROTEÍNAS?

R= SE PUEDE ENTREGAR Y QUEDA SUJETO A EVALUACION

8/9 Para la partida 1386, CONTROL PARA LA DETERMINACION DE ENZIMAS Y SUSTRATOS CON VALORES PATOLÓGICOS PRECIPATH U COMPATIBLES PARA EL EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACIÓN PAQUETE CON 4 FRASCOS, se informa a la convocante que el fabricante ROCHE ha descontinuado el producto y lo ha sustituido por PRECICONTROL CLIN CHEM MULTI 2. ¿Se acepta ofertar PRECICONTROL CLIN CHEM MULTI 2, PRESENTACIÓN PAQUETE CON 4 FRASCOS, COMPATIBLE CON EL EQUIPO COBAS C111, PROPIEDAD DEL INSTITUTO en lugar de PRECIPATH U?

R= SE PUEDE ENTREGAR Y QUEDA SUJETO A EVALUACION

9/9 Para la partida 1387, CONTROL PARA LA DETERMINACION DE ENZIMAS Y SUSTRATOS CON VALORES NORMALES PRECINORM U COMPATIBLES PARA EL EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACIÓN PAQUETE CON 4 FRASCOS, se informa a la convocante que el fabricante ROCHE ha descontinuado el producto y lo ha sustituido por PRECICONTROL CLIN CHEM MULTI 1. ¿Se acepta ofertar PRECICONTROL CLIN CHEM MULTI 1, PRESENTACIÓN PAQUETE CON 4 FRASCOS, COMPATIBLE CON EL EQUIPO COBAS C111, PROPIEDAD DEL INSTITUTO en lugar de PRECINORM U?

R= SE PUEDE ENTREGAR Y QUEDA SUJETO A EVALUACION

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SILVERA CIENCIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

1. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17)

No. de partida: 144 Clave: 05087900

1/3 Se solicita a la convocante nos aclare ¿cuál es la presentación requerida?, Frasco con 1g o Frasco con 5g

R= ES DE 5 GRAMOS

No. de partida: 844 Clave: 05478220



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016**

SUSTANCIAS QUÍMICAS

2/3 Se solicita a la convocante nos aclare para la partida mencionada, ¿Qué presentación se requiere?

R= ES DE 100 GRAMOS

2. PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA

PUNTO DE REFERENCIA: 6. PLAZO, CONDICIONES DE ENTREGA, LUGAR Y CANJE

1/3 Se solicita a la convocante nos aclare el tiempo de entrega que se tendrá posterior a la fecha del fallo la cual está programada para el 01 de febrero de 2017.

R=LOS CALENDARIOS SE AJUSTARÁN DE ACUERDO A LA FECHA DE FALLO

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: MERXAM CORPORATIVO S. DE R.L. DE C.V.

PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17)

PREGUNTA: 1: PARTIDA: 84 CLAVE: 05037010

Dice: ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI LEWIS-A PARA TIPIFICACIÓN DE ANTI-LEWIS A PARA PRUEBA DIRECTA EN TUBO O PLACA. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA CON CERTIFICACIÓN ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYO. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. REQUIERE REFRIGERACIÓN ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTÍGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. PRESENTACIÓN: FRASCO CON 5 MILILITROS. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar FRASCO DE 2ML, esto con la finalidad de permitir mayor participación y mejores condiciones para el instituto sin disminuir la calidad y seguridad, Se acepta la solicitud?

R=NO SE ACEPTA

PREGUNTA: 2: PARTIDA: 85 CLAVE: 05037011

Dice: ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-LEWIS B PARA TIPIFICACIÓN DE ANTI-LEWIS B PARA PRUEBA DIRECTA EN TUBO O PLACA APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACIÓN ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. REQUIERE REFRIGERACIÓN ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTÍGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. PRESENTACIÓN: FRASCO CON 5 MILILITROS. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar FRASCO DE 2ML, esto con la finalidad de permitir mayor participación y mejores condiciones para el instituto sin disminuir la calidad y seguridad, Se acepta la solicitud?

R=NO SE ACEPTA

PREGUNTA: 3: PARTIDA: 97 CLAVE: 05060905

Dice: ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-S (MINUSCULA) REACTIVO DE GRUPO SANGUÍNEO MONOCLONAL Y/O POLICLONAL PARA PRUEBA INDIRECTA EN TUBO. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACIÓN ISO9000 EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. REQUIERE REFRIGERACIÓN ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTÍGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. PRESENTACIÓN: FRASCO CON 5 MILILITROS. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar FRASCO DE 2ML, esto con la finalidad de permitir mayor participación y mejores condiciones para el instituto sin disminuir la calidad y seguridad, Se acepta la solicitud?

R=NO SE ACEPTA

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016**

SUSTANCIAS QUÍMICAS

PREGUNTA: 4: PARTIDA: 98 CLAVE: 05061010

Dice: ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-S (MAYUSCULA) REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO MONOCLONAL Y/O POLICLONAL PARA PRUEBA INDIRECTA DE TUBO. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. REQUIERE REFRIGERACIÓN ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. PRESENTACIÓN: FRASCO CON 5 MILILITROS. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar FRASCO DE 2ML, esto con la finalidad de permitir mayor participación y mejores condiciones para el instituto sin disminuir la calidad y seguridad, Se acepta la solicitud?
R=NO SE ACEPTA

PREGUNTA: 5: PARTIDA: 101 CLAVE: 05061220

30.
Dice: REACTIVO MONOCLONAL Y/O POLICLONAL ANTI DUFFY a (MINUSCULA) PARA TIPIFICAL ANTIGENO DUFFY a (MINUSCULA) EN LOS ERITROCITOS MEDIANTE LA PRUEBA DE ANTIGAMAGLOBULINA INDIRECTA EN TUBO. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACIÓN ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. REQUIERE DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS.. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar FRASCO DE 2ML, esto con la finalidad de permitir mayor participación y mejores condiciones para el instituto sin disminuir la calidad y seguridad, Se acepta la solicitud?
R=NO SE ACEPTA

PREGUNTA: 6: PARTIDA: 104 CLAVE: 05061705

5
Dice: ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI k (MINUSCULA) MONOCLONAL Y/O POLICLONAL PARA TIPIFICACION DE ANTIGENO k (MINUSCULA) EN ERITROCITOS HUMANOS MEDIANTE LA PRUEBA DE ANTIGAMAGLOBULINA INDIRECTA. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar FRASCO DE 2ML, esto con la finalidad de permitir mayor participación y mejores condiciones para el instituto sin disminuir la calidad y seguridad, Se acepta la solicitud?
R=NO SE ACEPTA

PREGUNTA: 7: PARTIDA: 105 CLAVE: 05061805

14
Dice: ANTISUERO HEMOTIPIFICADOS ANTI-DUFFY b (MINUSCULA) PARA TIPIFICACION DE ANTIGENO DUFFY b (MINUSCULA) EN ERITROCITOS HUMANOS MEDIANTE LA PRUEBA DE ANTIGAMAGLOBULINA INDIRECTA EN TUBO. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. FRASCO CON 5 MILILITROS. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar FRASCO DE 2ML, esto con la finalidad de permitir mayor participación y mejores condiciones para el instituto sin disminuir la calidad y seguridad, Se acepta la solicitud?
R=NO SE ACEPTA

PREGUNTA: 8: PARTIDA: 110 CLAVE: 05062000

9
Dice: ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-M (MAYUSCULAS) MONOCLONAL PARA TIPIFICACION DE ANTIGENO M (MAYUSCULA) EN ERITROCITOS HUMANOS. MEDIANTE LA PRUEBA DIRECTA EN TUBO. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. PRESENTACION: FRASCO



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016**

SUSTANCIAS QUÍMICAS

CON 5 MILILITROS.. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar FRASCO DE 2ML, esto con la finalidad de permitir mayor participación y mejores condiciones para el instituto sin disminuir la calidad y seguridad, Se acepta la solicitud?

R=NO SE ACEPTA

PREGUNTA: 9: PARTIDA: 626 CLAVE: 05476766

Dice: ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI KIDD a (MINUSCULA) MONOCLONAL Y/O POLICLONAL. REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO PARA TIPIFICAR ANTIGENO KIDD a (MINUSCULA) EN ERITROCITOS HUMANOS MEDIANTE LA PRUEBA INDIRECTA DE ANTIGAMAGLOBULINA EN TUBO. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.

PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar FRASCO DE 2ML, esto con la finalidad de permitir mayor participación y mejores condiciones para el instituto sin disminuir la calidad y seguridad, Se acepta la solicitud?

R=NO SE ACEPTA

PREGUNTA: 10: PARTIDA: 627 CLAVE: 05476767

Dice: ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI KIDD b (MINUSCULA) MONOCLONAL Y/O POLICLONAL. REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO PARA TIPIFICAR ANTIGENO KIDD b (MINUSCULA) EN ERITROCITOS HUMANOS MEDIANTE LA PRUEBA INDIRECTA DE ANTIGAMAGLOBULINA EN TUBO. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.

PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar FRASCO DE 2ML, esto con la finalidad de permitir mayor participación y mejores condiciones para el instituto sin disminuir la calidad y seguridad, Se acepta la solicitud?

R=NO SE ACEPTA

PREGUNTA: 11: PARTIDA: 628 CLAVE: 05476772

Dice: ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-P1 MONOCLONAL Y/O POLICLONAL. REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO PARA TIPIFICAR ANTIGENO P1 EN LOS ERITROCITOS HUMANOS MEDIANTE LA PRUEBA DIRECTA EN TUBO. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar FRASCO DE 2ML, esto con la finalidad de permitir mayor participación y mejores condiciones para el instituto sin disminuir la calidad y seguridad, Se acepta la solicitud?

PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar FRASCO DE 2ML, esto con la finalidad de permitir mayor participación y mejores condiciones para el instituto sin disminuir la calidad y seguridad, Se acepta la solicitud?

R=NO SE ACEPTA

PREGUNTA: 12: PARTIDA: 629 CLAVE: 05476773

Dice: ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-N (MAYUSCULA) MONOCLONAL Y/O POLICLONAL. REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO PARA TIPIFICAR ANTIGENO N (MAYUSCULA) EN ERITROCITOS HUMANOS MEDIANTE LA PRUEBA DIRECTA EN TUBO. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar FRASCO DE 2ML, esto con la finalidad de permitir mayor participación y mejores condiciones para el instituto sin disminuir la calidad y seguridad, Se acepta la solicitud?

mejores condiciones para el instituto sin disminuir la calidad y seguridad, Se acepta la solicitud?

R=NO SE ACEPTA

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016**

SUSTANCIAS QUÍMICAS

PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA

PUNTO DE REFERENCIA: PAGINA 17 PUNTO 7 MUESTRAS FÍSICAS

BO. 1/1 Dice: Los licitantes deberán entregar una muestra física por cada partida ofertada salvo que se exima su entrega en algún punto de la presente convocatoria o en la Junta de Aclaraciones, apegándose estrictamente a las especificaciones proporcionadas por el INCMNSZ. Solicitamos a la convocante nos permita omitir entrega de muestras físicas para las partidas: 84, 85, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 247, 269, 325, 326, 626, 628, 629, 630, 779, 780, 781 y 782. Ya que son productos que han sido evaluados y/o utilizados en el departamento correspondiente para fines de diagnóstico. Se acepta la solicitud?

R=SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO HAYA SIDO EVALUADO PREVIAMENTE.

6 **RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.**

Pf 2.-PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA

PUNTO DE REFERENCIA: C.2.2 MANIFIESTO DE APOYO SOLIDARIO PARA LICITANTES QUE SEAN DISTRIBUIDORES

14 1/1 ¿ACEPTAN COPIA DEL ESCRITO DE APOYO SOLIDARIO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA DONDE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPUESTA TÉCNICA QUE SE PRESENTE ANTE EL INCMNSZ Y GARANTIZANDO EL ABASTO SUFICIENTE?

1 R=SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EN UNA O MAS PARTIDAS ENTREGUE LA CARTA ORIGINAL A LA FECHA DE FIRMA DE LOS PEDIDOS.

X **RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.**

1. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17),
No. DE PARTIDA: VARIAS CLAVE VARIAS

A 1/3.- PARA TODAS LAS PARTIDAS SOLICITAN QUE LA PRIMERA ENTREGA SE REALICE EN EL MES DE ENERO DE 2017 Y ALGUNAS LA SEGUNDA ENTREGA EN EL MES DE FEBRERO Y EL FALLO ESTA PROGRAMADO PARA EL MES DE FEBRERO DE 2017, ¿PODRÍAN CORREGIR EL CALENDARIO DE ENTREGA?

R=LOS CALENDARIOS SE AJUSTARÁN DE ACUERDO A LA FECHA DE FALLO

5 2/3.- ¿PARA LAS PARTIDAS QUE NO OFERTE MI REPRESENTADA, PUEDO NO PRESENTAR HOJA DE OFERTA TÉCNICA O DEBO PRESENTARLA CON LA LEYENDA "NO COTIZO"?

R=FAVOR DE NO PRESENTAR NINGUN DOCUMENTO NI LEYENDA PARA PARTIDAS NO OFERTADAS

e 3/3.- DEBIDO A QUE EL ANEXO 17 EN FORMATO DE ARCHIVO WORD NO NOS FUNCIONA PARA REALIZAR LOS ANEXOS 7 Y 8 SOLICITADOS EN LAS BASES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE UN ARCHIVO TABULADO EN EXCEL PARA FACILITAR LA PRESENTACION DE LOS ANEXOS MENCIONADOS.

R=LOS ANEXOS SE GENERAN A TRAVÉS DE NUESTRO SISTEMA INFORMÁTICO, POR LO CUAL SOLO CONTAMOS CON EL ARCHIVO TXT DE ORIGEN, EL CUAL SE INCLUIRÁ JUNTO A LA PRESENTE ACTA A TRAVÉS DE COMPRANET

2. PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016

SUSTANCIAS QUÍMICAS

PUNTO DE REFERENCIA: NUMERAL 7

1/2.- EN CUANTO A LAS MUESTRAS FÍSICAS INDICADAS, ¿SOLICITAMOS SE NOS INDIQUE SI SOLO SE PRESENTARÁN LAS QUE DIGAN EN CADA PARTIDA "PRESENTAR MUESTRA" EN EL ANEXO 17?
R=ES CORRECTA SU APRECIACION

2/2.- EN EL CASO DE QUE LA MUESTRA SOLICITADA SEA DE UN BIEN DE IMPORTACIÓN QUE TARDARA HASTA 60 DÍAS EN LLEGAR O BIEN SU COSTO SEA MUY ALTO O QUE SEA SOLO UNA PIEZA LA REQUERIDA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CATALOGO O FICHA TÉCNICA PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO POR LA MISMA.
R=APEGARSE A LA CONVOCATORIA RESPECTO A LAS PARTIDAS DONDE SE SOLICITAN MUESTRAS POR PARTE DE LAS ÁREAS USUARIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: GRUPO JIM PERTH, S.A. DE C.V.

1. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17)

No. DE PARTIDA: 113 CLAVE 05064100

1/7 ¿El Departamento 315 solicita Medio de Montaje Cover Care en presentación de 100 ml, podemos ofertar en presentación de 200 ml apegándonos al total solicitado?
R= NO SE ACEPTA

No. DE PARTIDA: 166 CLAVE 05103230

2/7 ¿El departamento 315 solicita Diluyente para anticuerpos DAVINCI GREEN, que es una marca registrada bajo la marca BIOCARE, podemos ofertar en presentación de 250 ml ajustándonos al total solicitado, en una marca diferente?
R= NO SE ACEPTA

No. DE PARTIDA: 865 CLAVE 05478368

3/7 ¿El Departamento 315 solicita Background Sniper Universal en presentación de 50 ml, podemos ofertar el background en presentación de 100 ml apegándonos a lo solicitado por la convocante?
R= NO SE ACEPTA

No. DE PARTIDA: 1090 CLAVE 05479803

4/7 ¿El Departamento 315 solicita el anticuerpo monoclonal Anti CD3 levantado en conejo clona RBT-CD3, podemos ofertar el mismo anticuerpo policlonal o con una clona diferente?
R= APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

No. DE PARTIDA: 1092 CLAVE 05479805



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016**

SUSTANCIAS QUÍMICAS

5/7 ¿El Departamento 315 solicita el anticuerpo monoclonal Anti PAX-5 levantado en ratón clona BC24, podemos ofertar el mismo anticuerpo con clona EP156?

R= APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

No. DE PARTIDA: 1247 CLAVE 05479985

6/7 ¿El Departamento 315 solicita el anticuerpo monoclonal Anti BCL2 de conejo clona SP66, podemos ofertar el mismo anticuerpo con clona EP36?

R= APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

No. DE PARTIDA: 1251 CLAVE 05479985

7/7 ¿El Departamento 315 solicita el anticuerpo monoclonal CD1 A monoclonal de conejo clona EP3622, podemos ofertar el anticuerpo CD1 A monoclonal de ratón con clona O10?

R= APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

2. PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA

PUNTO DE REFERENCIA: 3.3 Requisitos Técnicos y Económicos

1/2 En el inciso b) el Instituto solicita la copia de recibo de las muestras físicas debidamente sellado por el Departamento de Almacén General, debido a la naturaleza de los bienes que mi representada oferta (anticuerpos) no es posible la entrega de las mismas, por lo que ¿bastaría solamente con integrar el Anexo 14 con la leyenda de NO APLICA?

R=SI

NOTAS DE LA LICITACION
NUMERO 3

2/2 Este punto indica que el proveedor adjudicado deberá entregar hoja de seguridad y certificado de análisis en español por cada lote y entrega establecido en el pedido correspondiente, debido al origen de los productos que ofertamos los certificados de análisis se encuentran en otro idioma, ¿deberemos entregar el original junto con una traducción simple al español, en caso de resultar adjudicada alguna de las partidas ofertadas?

R=SI, Y SE ACLARA QUE SE DEBERA ENTREGAR LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANALISIS POR CADA ENTREGA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ATYDE MEXICO, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17)

1/9 NO. DE PARTIDA: 466 CLAVE 5475356 AZUL DE METILENO CLORURO, EL INSTITUTO SOLICITA 12 FRASCOS CON 25 GRAMOS, ¿ACEPTA TRES FRASCOS DE 100 GRAMOS?

R= APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016

SUSTANCIAS QUÍMICAS

2/9 NO. DE PARTIDA: 500 CLAVE 5475666 PERSULFATO DE AMONIO, REACTIVO DE ALTA PUREZA PARA ELECTROFORESIS. EL INSTITUTO SOLICITA DOS FRASCOS DE 10 GRAMOS, ¿ACEPTA UN FRASCO DE 25 GRAMOS?
R= APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

3/9 NO. DE PARTIDA: 586 CLAVE 5476490 BUFFER MOPS ÁCIDO 3, (N-MORFOLIN-PROPANO SULFONICO) 4-MORFOLIN-PROPANO SULFONICO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR 99.9% (T), ¿SE ACEPTA PUREZA DE 99%?
R= SE PUEDE OFERTAR Y QUEDA SUJETO A EVALUACION.

4/9 NO. DE PARTIDA: 635 CLAVE 5476855 SOLUCION DESCONTAMINANTE PARA ELIMINAR ACIDOS NUCLEICOS Y DNASAS Y RNASAS DE DIFERENTES SUPERFICIES CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL AREA USUARIA PRESENTACION 2 X 250 ML. INCLUIR HOJA DE DATOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN. ¿SE ACEPTA FRASCO DE 500 ML?
R= APEGARSE A LO SÓLICITADO EN LA CONVOCATORIA

5/9 NO. DE PARTIDA: 687 CLAVE 5477146 TRIZMA BASE CERTIFICADA 99.9% LIBRE DE DNASAS RNASAS Y PROTEASAS PROBADA Y LIBRE DE ENDOTOXINAS CONTENIDO DE METALES PESADOS MENOR O IGUAL 2PPM A 290 MENOR O IGUAL 0.05 EN SOLUCION AL 4% CONTENIDO DE AGUA MENOR O IGUAL AL 0.02% POR KARL FISHER PRESENTACION DE 500 G. PRESENTACION: FRASCO DE 500 GRAMOS. ¿SE ACEPTA REACTIVO CON PUREZA MAYOR A 99.8%?
R= APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

6/9 NO. DE PARTIDA: 713 CLAVE 5477331 SULFATO DE AMONIO GRADO REACTIVO PESO MOLECULAR 132.14 EN GRANULOS O CRISTALES FINOS BLANCOS USADO PARA PREPARACION DE SOLUCIONES DE TRANSPORTE DE BIOPSIA PRES FRASCO CON 2.5 KG (NH4)2 SO4 PRESENTACION: FRASCO CON 2.5 KG. ¿SE ACEPTA PRESENTACIÓN DE CINCO KILOS?
R= APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

7/9 NO. DE PARTIDA: 1096 CLAVE 5479812 ACIDO ASCORBICO GRADO USP ULTRAPURO PRESENTACION: FRASCO DE 25 GRAMOS. ¿SE ACEPTA FRASCO DE 500 GRAMOS?
R= APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

8/9 NO. DE PARTIDA: 1153 CLAVE 5479870 ISOPROPILICO ALCOHOL GRADO BIOLOGIA MOLECULAR CON 99% DE PUREZA PARA PRECIPITACIÓN DE ACIDOS NUCLEICOS. PRESENTACIÓN: FRASCO DE 100 ML, ¿SE ACEPTA QUE SE ENTREGUE UN FRASCO DE UN LITRO?
R= NO PORQUE SE REQUIERE ASÍ PARA EVITAR POSIBLES CONTAMINACIONES.

9/9 NO. DE PARTIDA: 1171 CLAVE 5479888 AZUL DE BROMOFENOL. PRESENTACIÓN DE 5 G. ¿SE ACEPTA PRESENTACIÓN DE 25 GRAMOS?
R= APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

A. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17) No. DE PARTIDA: 53 CLAVE 05026500
1.- ACEPTARIA PRESENTACION EN BOLSA ECOLOGICA?



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016

SUSTANCIAS QUÍMICAS

R=SI SE ACEPTA

1. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17) No. DE PARTIDA: 54 CLAVE: 05026800
R=NO HAY NINGUNA PREGUNTA QUE CONTESTAR

B. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17) No. DE PARTIDA: 55 CLAVE 05026500
1.- ACEPTARIA PRESENTACION EN BOLSA ECOLOGICA?
R= SI SE ACEPTA

C. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17) No. DE PARTIDA: 438 CLAVE 05475099
EN LA PRESENTACION SOLICITAN 6 SOBRES O 6 CAJAS CON 10 SOBRES?
R=SE SOLICITAN 6 CAJAS CON 10 SOBRES CADA UNA

D. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17) No. DE PARTIDA: 633 CLAVE 05476843
1.- ACEPTARIA PRESENTACION EN BOLSA ECOLOGICA?
R= APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

E. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17) No. DE PARTIDA: 873 CLAVE 05478342
1.- PARA CUANTAS REACCIONES SE REQUIERE LA PRESENTACION
R= PARA 50 REACCIONES

F. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17) No. DE PARTIDA: 1035 CLAVE 05479567
1.- favor de aclarar si quieren medio en polvo (paquete con 10 sobres) o liquido (caja con 10 frascos)
R= APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

G. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17) No. DE PARTIDA: 1400 CLAVE 05480140
1.- ACEPTAN BOTELLA DE 10 ML?
R= APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA BIOGAMA, S.A. DE C.V.

1. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA:___ CLAVE_____

NO. DE PARTIDA: 226 CLAVE: 05137700

1/2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION DE ENVASE CON 5 KILOGRAMOS, CANTIDAD TOTAL 8 ENVASES ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
R=NO NOS ES POSIBLE CAMBIAR LA PRESENTACION YA QUE LA CLAVE ASIGNADA AL PRODUCTO CORRESPONDE A LA PRESENTACION SOLICITADA

NO. DE PARTIDA: 275 CLAVE: 05162100

2/2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION DE ENVASE CON 250 GRAMOS, CANTIDAD TOTAL 8 ENVASES ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016**

SUSTANCIAS QUÍMICAS

R= APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

2. PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA PUNTO DE REFERENCIA.

REFERENCIA: PUNTO 6.1, PLAZO DE ENTREGA

1/2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI EL CALENDARIO SE RECORRERA O SOLO SE REALIZARAN 3 ENTREGAS (ABRIL-JULIO-OCTUBRE) YA QUE EL FALLO ES POSTERIOR A LA 1RA. ENTREGA QUE ES EN EL MES DE ENERO. FAVOR DE ACLARAR.

R=LOS CALENDARIOS SE AJUSTARÁN DE ACUERDO A LA FECHA DE FALLO

REFERENCIA: PUNTO 6.5, CADUCIDAD

2/2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, NOS PERMITA ENTREGAR CADUCIDAD MÍNIMA DE 6 MESES ENTREGANDO CARTA COMPROMISO DE CANJE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

R= APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, SALVO QUE EN EL ANEXO 17 DIGA LO CONTRARIO Y PREVIA AUTORIZACION DEL AREA USUARIA.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.

1. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS

(ANEXO 17), Nos. DE PARTIDAS: 4, 5, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 92, 116, 117, 126, 127, 132, 133, 137, 171, 172 y 216
1/3 ¿Solicitamos a la convocante que en caso de resultar adjudicados nos permita entregar los bienes con caducidad de 6 meses después de su recepción en sus almacenes?

R= APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

PUNTO DE REFERENCIA: PUNTO 3.2 Inciso h)

2/3 En caso de ser aceptada mi solicitud anterior ¿Podemos manifestar los 6 meses de caducidad, sin que esto sea motivo de descalificación en dicho inciso?

R= NO APLICA

PUNTO DE REFERENCIA: PUNTO 7 MUESTRAS FÍSICAS

3/3 Solicitamos a la convocante nos permita entregar solamente fichas técnicas o insertos de las partidas que coticemos, en virtud de que nuestros productos han sido evaluados con anterioridad en el Instituto ¿Se acepta?

R= APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.

1. PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA

PUNTO DE REFERENCIA: 3.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPOSICIONES

1/5 Para el Anexo 12 solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si dicho documento se requisitara una sola vez mencionando todas las partidas en las que aplique?

R=ES CORRECTA SU APRECIACION

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016

SUSTANCIAS QUÍMICAS

2/5 solicitamos amablemente a la convocante que nos confirme que los documentos y anexos serán dirigidos de la siguiente manera

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
PRESENTE:

R=SE ACEPTA PERO NO ES REQUISITO INDISPENSABLE

3/5 Para dar cumplimiento con la carta de Cumplimiento de Legislación, solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que dicho documento se podrá presentar en formato libre

R=EN CASO DE REFERIRSE AL NUMERAL C.3.2, SE PUEDE PRESENTAR EN FORMATO LIBRE

4/4 Para dar cumplimiento con el Manifiesto para Fabricantes, solicitamos amablemente a la convocante nos indique que dicho documento se podrá presentar en formato libre

R=EN CASO DE REFERIRSE AL NUMERAL C.2.1, SE PUEDE PRESENTAR EN FORMATO LIBRE

5/5 Para dar cumplimiento con el manifiesto para fabricantes, solicitamos amablemente a la convocante nos indique que dicho documento se requisitara una sola vez indicando todas las partidas en las que se participen.

R=EN CASO DE REFERIRSE AL NUMERAL C.2.1, SE ENTREGARA UN SOLO DOCUMENTO SI SE TRATA DE UNA SOLA MARCA, EN EL CASO DE OFERTAR 2 O MAS MARCAS DEBERAN PRESENTAR EL MISMO NUMERO DE MANIFIESTOS QUE MARCA OFERTADAS.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: Avenida Vasco de Quiroga Número 15 Colonia Belisario Domínguez Sección XVI Código Postal 14080 Delegación Tlalpan, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx.

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 21 de diciembre de 2016, en el Aula de usos múltiples de la Unidad del Paciente Ambulatorio (UPA), a las 11:00 Hrs., siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se consultó a los licitantes si las respuestas a sus cuestionamientos fueron otorgadas con claridad y precisión, quienes respondieron afirmativamente y manifestaron no tener más dudas o cuestionamientos que hacer a la Convocatoria, así como ninguna objeción respecto de este acto, por lo que se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las 12:40 horas, del día de su inicio.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016

SUSTANCIAS QUÍMICAS

Esta Acta consta de 22 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

No	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	Cecilia Mojica A.	
2	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	Luis Alberto Galván Rodríguez	
3	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUÍMICOS, S.A. DE C.V.		
4	INSTRUMENTACION Y CIENCIAS DE LA SALUD, S.A. DE C.V.		
5	ABALAT, S.A. DE C.V.		
6	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	Rosa Gabriela Buciugas Sanchez	
7	AMPLIBIO, S.A. DE C.V.		
8	ALFONSO MARHX, S.A. DE C.V.		
9	COMERCIAL MEDICA ARZE, S.A. DE C.V.		
10	DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ANALISIS CLINICOS, S.A. DE C.V.	Berenice Ocasio	
11	DISTRIBUIDORA BIOGAMA, S.A. DE C.V.	Suzana Lopez Gtz	
12	BECKMAN COULTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Angeles Córdova ✓	
13	COMPAÑÍA REAMEX, S.A. DE C.V.	Alejandro MTCU	
14	SILVERA CIENCIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Silvia Villegas López	
15	GIFYT, S.A. DE C.V.	Rafael Vazquez U	
16	DIAGNOCELL LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		
17	BIOMERIUX MEXICO, S.A. DE C.V.	Fanny Galva	



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016**

SUSTANCIAS QUÍMICAS

18	MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.	<i>Orquídea Segura</i>	<i>[Signature]</i>
19	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	<i>Huberto Abasco Lopez</i>	<i>[Signature]</i>
20	SENGAL, S.A. DE C.V.		
21	BIODIST, S.A. DE C.V.	<i>Delne E. Diaz Rivera</i>	<i>[Signature]</i>
22	PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V.		

23 *INOLAB ESPECIALISTAS Triana Madrigal Milau*
 24 **POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN**
 25 *Grupo J. J. J. Pacheco*

NOMBRE	AREA	FIRMA
PAS. LIC. D. JAVIER FLORES FLORES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	<i>[Signature]</i>
C. JUAN CARLOS TÉLLEZ GIRÓN GONZÁLEZ	COORDINADOR DE LICITACIONES	<i>Juan Carlos Téllez</i>
C. SALVADOR SIENEGA ESTIBUARTE	COORDINADOR DE ADQUISICIONES	<i>[Signature]</i>
LIC. LIZET OREA MERCADO	DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA	<i>[Signature]</i>
NO SE PRESENTO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA JUNTA ACLARACIONES DUDAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E862-2016, PARA LA ADQUISICIÓN DE "SUSTANCIAS QUÍMICAS".