



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL  
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-309-2023  
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN  
COMODATO

En la Ciudad de México, siendo las **14:00** horas, del **23** de **noviembre** de 2023, en las **Instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán**, ubicado en: Avenida Vasco de Quiroga Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Código Postal 14080, Alcaldía Tlálpán se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta; para dar continuidad a la atención de las preguntas por parte de los licitantes de la Primera Junta de Aclaraciones **No. LA-12-NCG-012NCG001-N-309-2023** relativa al **Servicio de Pruebas de Laboratorios Clínicos en Equipos en Comodato**.

Este acto fue presidido por el **Lcdo. José Luis López Moreno, Coordinador de Contratos de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, servidor público designado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, quien al inicio de esta junta, comunicó a los que en el presente acto se da respuesta a las preguntas formuladas por los licitantes, respecto a las respuestas emitidas por la convocante contenidas en la primera acta, dichas preguntas se recibieron dentro de las **seis** horas posteriores a la inclusión del acta en la dirección electrónica: **upcp-compranet.hacienda.gob.mx**

El presidente del acto, fue asistido por los representantes de las Áreas Usuarias del **Laboratorio Central y Laboratorio de Microbiología Clínica**, los cuales solventarán las preguntas de carácter técnico, los representantes del Área Contratante de la **Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y Departamento de Asesoría Jurídica**, quienes solventarán las preguntas de carácter **administrativo y legal**, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El presidente del acto, dió inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis, penúltimo párrafo de la Ley, las solicitudes de aclaración, de las preguntas que consideraron necesarias en relación con las respuestas remitidas, en la Primera Junta de Aclaraciones de la Convocatoria, a través de la dirección electrónica: **upcp-compranet.hacienda.gob.mx**, de los siguientes licitantes:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	QUEST DIAGNOSTICS MEXICO S DE RL DE CV	COMPRANET	7
2	SOLUCIONES MEDICAS DIGITALES URBA SA DE CV	COMPRANET	1
3	CIC MEXICO ANALISIS CLINICOS ESPECIALES SC	COMPRANET	3
4	ESLABON CLINICO SA DE CV	COMPRANET	1



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL  
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-309-2023  
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN  
COMODATO

SE ADJUNTA COPIA DE LA PANTALLA DE COMPRANET:

Compranet - de búsqueda x Compranet x Compranet

upcp-compranet.haderda.gob.mx/compranet/#/procedimientos/details-19/702b9155-224f-4359-bc92-1b21cb161f26

19:25 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México José Luis López Moreno Operador de unidad compranet

<p>COMPRANET</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expediente</li> <li>Procedimiento</li> <li>Datos Relevantes de Contratos</li> <li>Registro Empresarial de Compranet</li> <li>Proveedores impedidos y sancionados</li> <li>Avisos y notificaciones</li> <li>Panel</li> <li>Ayuda</li> </ul> <p>José Luis López Moreno Operador de unidad compranet</p>	1	QUEST DIAGNOSTICS MEXICO S DE RL DE CV	PREGUNTA 29 QUEST DIAGNOSTICS MÉXCO. S. DE R.L. DE CV.	PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, BASTARÁ QUE SE ENTREGUE ESCRITO BAJO PROTECCIÓN DE DECIR VERDAD QUE SE CUMPLE CON EL 50% ¿LA CONVOCANTE ACEPTA?	22/11/2023 16:01	Responder
	2	QUEST DIAGNOSTICS MEXICO S DE RL DE CV	PREGUNTA 30 QUEST DIAGNOSTICS MÉXCO. S. DE R.L. DE CV.	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA 22, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE MANERA RESPETUOSA, EL PODER ENTREGAR LOS RESULTADOS EN EL IDIOMA DEL LABORATORIO DE ORIGEN	22/11/2023 16:01	Responder
	3	QUEST DIAGNOSTICS MEXICO S DE RL DE CV	PREGUNTA 35 QUEST DIAGNOSTICS MÉXCO. S. DE R.L. DE CV	ES CORRECTO ENTENDER QUE QUEST DIAGNOSTICS MEXICO, S. DE R.L. DE CV., AL SER UN LABORATORIO DE REFERENCIA NO DEBERÁ CUMPLIR CON ESTE PUNTO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE ESTE PUNTO LE APLICA ÚNICAMENTE A LOS LICITANTES QUE OFERTEN EQUIPO EN COMODATO	22/11/2023 16:01	Responder
<p>COMPRANET</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expediente</li> <li>Procedimiento</li> <li>Datos Relevantes de Contratos</li> <li>Registro Empresarial de Compranet</li> <li>Proveedores impedidos y sancionados</li> <li>Avisos y notificaciones</li> <li>Panel</li> <li>Ayuda</li> </ul> <p>José Luis López Moreno Operador de unidad compranet</p>	4	QUEST DIAGNOSTICS MEXICO S DE RL DE CV	PREGUNTA 32 QUEST DIAGNOSTICS MÉXCO. S. DE R.L. DE CV.	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE, LA MISMA NOS PUEDE PRECISAR Y ACLARAR, EL LISTADO DE PRUEBAS SOLICITADAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE SE NOS PERMITA COTIZAR CON UN PRECIO ESPECIAL, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES	22/11/2023 16:01	Responder
	5	QUEST DIAGNOSTICS MEXICO S DE RL DE CV	PREGUNTA 31 QUEST DIAGNOSTICS MÉXCO. S. DE R.L. DE CV.	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA 22, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE MANERA RESPETUOSA, EL PODER ENTREGAR LOS RESULTADOS EN EL IDIOMA DEL LABORATORIO DE ORIGEN	22/11/2023 16:01	Responder
	6	QUEST DIAGNOSTICS MEXICO S DE RL DE CV	PREGUNTA 33 QUEST DIAGNOSTICS MÉXCO. S. DE R.L. DE CV.	ES CORRECTO ENTENDER QUE QUEST DIAGNOSTICS MEXICO, S. DE R.L. DE CV., AL SER UN LABORATORIO DE REFERENCIA NO DEBERÁ CUMPLIR CON ESTE PUNTO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE ESTE PUNTO LE APLICA ÚNICAMENTE A LOS	22/11/2023 16:01	Responder
<p>COMPRANET</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expediente</li> <li>Procedimiento</li> <li>Datos Relevantes de Contratos</li> <li>Registro Empresarial de Compranet</li> </ul>	7	QUEST DIAGNOSTICS MEXICO S DE RL DE CV	PREGUNTA 35 QUEST DIAGNOSTICS MÉXCO. S. DE R.L. DE CV.	ES CORRECTO ENTENDER QUE QUEST DIAGNOSTICS MEXICO, S. DE R.L. DE CV., AL SER UN LABORATORIO DE REFERENCIA NO DEBERÁ CUMPLIR CON ESTE PUNTO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE ESTE PUNTO LE APLICA ÚNICAMENTE A LOS LICITANTES QUE OFERTEN EQUIPO EN COMODATO	22/11/2023 16:01	Responder

AHC

A Ems.



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL  
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-309-2023  
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN  
COMODATO

COMPANET	OPCIÓN	SOLUCIONES MÉDICAS DIGITALES URBASA DE CV	PREGUNTA NO. 17 ID 446458	CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR CONTRATOS QUE AVALEN LA EXPERIENCIA SIN IMPORTAR LA VICENCIA DE LOS NISMOS, TODA VEZ QUE SE UMHA LA LIBRE PARTICIPACION	22/11/2023 16:57	Responder
<ul style="list-style-type: none"> <li>Expediente</li> <li>Procedimiento</li> <li>Datos Relevantes de Contratos</li> <li>Registro Empresarial de CompraNet</li> <li>Proveedores Impedidos y sancionados</li> <li>Avisos y notificaciones</li> <li>Panel</li> <li>Ayuda</li> </ul>	8	CIC MEXICO ANALISIS CLINICOS ESPECIALES SC	446775	EN CASO DE NO LLEGAR AL 60% EN ISO 15189 O BIEN EL 50% EN CAP, ES PROBABLE QUE A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO DURANTE LA VICENCIA DEL SERVICIO DEL CONTRATO SE PUEDA ENTREGAR DICHO REQUERIMIENTO?	22/11/2023 16:47	Responder
<ul style="list-style-type: none"> <li>Expediente</li> <li>Procedimiento</li> <li>Datos Relevantes de Contratos</li> <li>Registro Empresarial de CompraNet</li> <li>Proveedores Impedidos y sancionados</li> <li>Avisos y notificaciones</li> <li>Panel</li> <li>Ayuda</li> </ul>	9	CIC MEXICO ANALISIS CLINICOS ESPECIALES SC	446774	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR EL NUMERO DE MESAS Y SILLAS REQUERIDAS, Y/O PORCENTAJE A CUBRIR, Y/O SI SE TIENE QUE REALIZAR ALGUN PAGO A UN TERCERO O AL INSTITUTO.	22/11/2023 17:39	Responder
<ul style="list-style-type: none"> <li>Expediente</li> <li>Procedimiento</li> <li>Datos Relevantes de Contratos</li> <li>Registro Empresarial de CompraNet</li> <li>Proveedores Impedidos y sancionados</li> <li>Avisos y notificaciones</li> <li>Panel</li> <li>Ayuda</li> </ul>	11	ESLABON CLINICO SA DE CV	89 A LA 84	DE CONFORMIDAD A LAS RESPUESTAS OTORGADAS A LA EMPRESA BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV, TODA VEZ QUE LO ENUNCIADO EN LOS PUNTOS 30 A 35 DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA PARTIDA 1 MENCIONAN QUE SON CARACTERISTICAS DE UN LECTOR DE FROTIS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI LAS RESPUESTAS OTORGADAS CORRESPONDEN AL LECTOR DE FROTIS, FAVOR DE PRONUNCIARSE	22/11/2023 17:52	Responder
<ul style="list-style-type: none"> <li>Expediente</li> <li>Procedimiento</li> <li>Datos Relevantes de Contratos</li> <li>Registro Empresarial de CompraNet</li> <li>Proveedores Impedidos y sancionados</li> <li>Avisos y notificaciones</li> <li>Panel</li> <li>Ayuda</li> </ul>	12	CIC MEXICO ANALISIS CLINICOS ESPECIALES SC	446775	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI LAS PRUEBAS CON LAS QUE CONTAMOS CON CERTIFICACION Y/O ACREDITACION CUBREN MAS DEL 60% DEL VOLUMEN TOTAL DE LICITACION, ¿SE ACEPTA CON ELLO CUBRIR EL REQUISITO?	22/11/2023 17:59	Responder

**LA CONVOCANTE REALIZÓ LAS SIGUIENTES PRECISIONES A LA CONVOCATORIA:**

**POR PARTE DEL LABORATORIO CENTRAL.**

**PRECISIÓN 1.**

El Instituto no cuenta con condiciones optimas dentro del Laboratorio Central para recibir equipos adicionales, por lo cual, se deberán de apegar a las cantidades de los equipos señalados en cada partida en el Anexo Técnico de la Convocatoria.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma que se recibieron dentro de las **seis** horas posteriores a la inclusión del acta en de la dirección electrónica: [upcp-compranet.hacienda.gob.mx](http://upcp-compranet.hacienda.gob.mx), así como la respuesta otorgada por el Instituto, como se indica a continuación.

2  
AHC  
A  
EUB



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN**

**SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL  
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-309-2023  
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN  
COMODATO**

Número	ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
1	34421	QUEST DIAGNOSTICS MEXICO S DE RL DE CV	PREGUNTA 29 QUEST DIAGNOSTICS MÉXCO, S. DE R.L. DE C.V.	PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, BASTARÁ QUE SE ENTREGUE ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE CUMPLE CON EL 50%. ¿LA CONVOCANTE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
2	34423	QUEST DIAGNOSTICS MEXICO S DE RL DE CV	PREGUNTA 30 QUEST DIAGNOSTICS MÉXCO, S. DE R.L. DE C.V.	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA 22, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE MANERA RESPETUOSA, EL PODER ENTREGAR LOS RESULTADOS EN EL IDIOMA DEL LABORATORIO DE ORIGEN	NO SE ACEPTA
3	34424	QUEST DIAGNOSTICS MEXICO S DE RL DE CV	PREGUNTA 36 QUEST DIAGNOSTICS MÉXCO, S. DE R.L. DE C.V.	ES CORRECTO ENTENDER QUE QUEST DIAGNOSTICS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., AL SER UN LABORATORIO DE REFERENCIA NO DEBERÁ CUMPLIR CON ESTE PUNTO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE ESTE PUNTO LE APLICA ÚNICAMENTE A LOS LICITANTES QUE OFERTEN EQUIPO EN COMODATO	NO ES CORRECTO. APLICA PARA EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO
4	34433	QUEST DIAGNOSTICS MEXICO S DE RL DE CV	PREGUNTA 32 QUEST DIAGNOSTICS MÉXCO, S. DE R.L. DE C.V.	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE, LA MISMA NOS PUEDE PRECISAR Y ACLARAR, EL LISTADO DE PRUEBAS SOLICITADAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE SE NOS PERMITA COTIZAR CON UN PRECIO ESPECIAL, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES	NO SE ACEPTA, TODA VEZ QUE SON PRUEBAS DE BAJA FRECUENCIA PARA ENFERMEDADES POCO FRECUENTES EN EL INSTITUTO
5	34435	QUEST DIAGNOSTICS MEXICO S DE RL DE CV	PREGUNTA 31 QUEST DIAGNOSTICS MÉXCO, S. DE R.L. DE C.V.	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA 22, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE MANERA RESPETUOSA, EL PODER ENTREGAR LOS RESULTADOS EN EL IDIOMA DEL LABORATORIO DE ORIGEN	NO SE ACEPTA
6	34436	QUEST DIAGNOSTICS MEXICO S DE RL DE CV	PREGUNTA 33 QUEST DIAGNOSTICS MÉXCO, S. DE R.L. DE C.V.	ES CORRECTO ENTENDER QUE QUEST DIAGNOSTICS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., AL SER UN LABORATORIO DE REFERENCIA NO DEBERÁ CUMPLIR CON ESTE PUNTO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE ESTE PUNTO LE APLICA ÚNICAMENTE A LOS LICITANTES QUE OFERTEN EQUIPO EN COMODATO	NO ES CORRECTO. APLICA PARA EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO
7	34437	QUEST DIAGNOSTICS MEXICO S DE RL DE CV	PREGUNTA 35 QUEST DIAGNOSTICS MÉXCO, S. DE R.L. DE C.V.	ES CORRECTO ENTENDER QUE QUEST DIAGNOSTICS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., AL SER UN LABORATORIO DE REFERENCIA NO DEBERÁ CUMPLIR CON ESTE PUNTO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE ESTE PUNTO LE APLICA ÚNICAMENTE A LOS LICITANTES QUE OFERTEN EQUIPO EN COMODATO	PARA EL RESGUARDO DE LAS MUESTRAS EN CONDICIONES COMO: REFRIGERACIÓN Y CONGELACION SE DEBERA DE CUMPLIR ESTE PUNTO
8	34451	SOLUCIONES MEDICAS DIGITALES URBA SA DE CV	PREGUNTA NO. 17 ID 446458	EN RELACION AL CUMPLIMIENTO DE ESTE APARTADO, SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR CONTRATOS QUE AVALEN LA EXPERIENCIA, SIN IMPORTAR LA VIGENCIA DE LOS MISMOS. TODA VEZ QUE SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION	NO SE ACEPTA, SE DEBERA PRESENTAR CON VIGENCIA DE UN AÑO
9	34466	CIC MEXICO ANALISIS CLINICOS ESPECIALES SC	446775	EN CASO DE NO LLEGAR AL 60% EN ISO 15889 O BIEN EL 50% EN CAP, ES PROBABLE QUE A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO DURANTE LA VIGENCIA DEL SERVICIO DEL CONTRATO SE PUEDA	NO SE ACEPTA

AHC

SMD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN**

**SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL  
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-309-2023  
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN  
COMODATO**

10	34476	CIC MEXICO ANALISIS CLINICOS ESPECIALES SC	446774	ENTREGAR DICHO REQUERIMIENTO? SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR EL NUMERO DE MESAS Y SILLAS REQUERIDAS; Y/O PORCENTAJE A CUBRIR; Y/O SI SE TIENE QUE REALIZAR ALGÚN PAGO A UN TERCERO O AL INSTITUTO.	NO SE REALIZARA UN PAGO A UN TERCERO NI AL INSTITUTO Y EL NUMERO DE MESAS Y SILLAS SE LE DARA AL LICITANTE GANADOR
11	34502	ESLABON CLINICO SA DE CV	80 A LA 84	DE CONFORMIDAD A LAS RESPUESTAS OTORGADAS A LA EMPRESA BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV, TODA VEZ QUE LO ENUNCIADO EN LOS PUNTOS 30 A 35 DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA PARTIDA MENCIONAN QUE SON CARACTERISTICAS DE UN LECTOR DE FROTIS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI LAS RESPUESTAS OTORGADAS CORRESPONDEN AL LECTOR DE FROTIS. FAVOR DE PRONUNCIARSE	SI ES CORRECTO SU APRECIACIÓN, SON CARACTERÍSTICAS QUE CORRESPONDEN AL LECTOR DE FROTIS
12	34503	CIC MEXICO ANALISIS CLINICOS ESPECIALES SC	446775	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI LAS PRUEBAS CON LAS QUE CONTAMOS CON CERTIFICACIÓN Y/O ACREDITACIÓN CUBREN MÁS DEL 60% DEL VOLUMEN TOTAL DE LICITACIÓN, ¿SE ACEPTA CON ELLO CUBRIR EL REQUISITO?	NO SE ACEPTA

AHC

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL  
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-309-2023  
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN  
COMODATO

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes se da por terminada esta última junta de aclaraciones.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 26 Bis, fracción II, 33 Bis de la Ley y 47 séptimo párrafo de su Reglamento, a partir de esta fecha se notifica a los licitantes participantes que el acta de este evento está disponible en la dirección electrónica: [upcp-compranet.hacienda.gob.mx](http://upcp-compranet.hacienda.gob.mx).

Se informa a los licitantes que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día **30** de **noviembre** de 2023, en la dirección electrónica: [upcp-compranet.hacienda.gob.mx](http://upcp-compranet.hacienda.gob.mx), a las **09:00 horas**, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún observador social o servidor público ajeno al acto, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las **16:30** horas, del día de su inicio.

Esta Acta consta de **6 hojas**, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

**POR EL INSTITUTO.**

NOMBRE	AREA	FIRMA
LCDO. JOSE LUIS LÓPEZ MORENO	COORDINACIÓN DE CONTRATOS	
LCDA. MARÍA FÉLIX JIMÉNEZ MONTERO	DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA	
DR. RAYMUNDO DAVID VALDEZ ECHEVERRIA	LABORATORIO CENTRAL	
MTRO. ERNESTO MARAVILLA FRANCO	LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA	
QUIM. ARACELI HERNÁNDEZ CRUZ	LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA	

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.**

NOMBRE	FIRMA
C. ADRIAN ENRIQUEZ OLVERA	